Validierung des Hevylite® Immunoassays in der Diagnostik Monoklonaler Gammopathien

Dissertation
zur Erlangung des akademischen Grades
Dr. med.

an der Medizinischen Fakultät
der Universität Leipzig

eingereicht von:

Jacqueline Eckold, geb. 25.12.1986 in Zwickau/Sachsen

angefertigt am:

Institut für Laboratoriumsmedizin, Klinische Chemie und Molekulare Diagnostik
der Universität Leipzig

Betreuer:

Dr. med. Mathias Brügel

Prof. Dr. med. Joachim Thiery

Beschluss über die Verleihung des Doktorgrads vom: 19.03.2019

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	2
1 Einführung	3
1.1 Monoklonale Gammopathien	3
1.1.1 Definition und Epidemiologie Monoklonaler Gammopathien	3
1.1.2 WHO-Einteilung und diagnostische Kriterien Monoklonaler Gammopathien laut International Myeloma Working Group (IMWG)	4
1.1.3 Pathophysiologie und Klinik Monoklonaler Gammopathien	7
1.2 Labordiagnostische Möglichkeiten zum Nachweis Monoklonaler Gammopathien	8
1.2.1 Strategien und Kriterien der Diagnosefindung	8
1.2.2 Elektrophoretische Nachweisverfahren im Serum	9
1.2.3 Quantitative Bestimmung freier κ - und λ -Leichtketten mittels Immunoassay im Serum	10
1.2.4 Quantifizierung monoklonaler Proteine als entscheidender Parameter zur Überwachung der Tumoraktivität im Krankheitsverlauf	11
1.3 Leichtkettenspezifische Immunglobulinbestimmung zum Nachweis monoklonaler Proteine	12
1.3.1 Testprinzip und Interpretation des Hevylite [®] Immunoassays	12
1.3.2 Validierung und Vergleich des Immunoassays zur Bestimmung von leichtkettenspezifischen Immunglobulinen mit etablierten Messverfahren in der Diagnostik von Monoklonalen Gammopathien als wesentliches Ziel der vorliegenden Promotionsarbeit	13
2 Publikation	14
3 Aktuelle Anwendung und klinische Bedeutung des Hevylite[®] Immunoassays in der Erstdiagnostik und Beurteilung im Krankheitsverlauf Monoklonaler Gammopathien	15
4 Zusammenfassung der Arbeit	18
Literaturverzeichnis	21
Anlagen	26
Erklärung über die eigenständige Abfassung der Arbeit	27
Lebenslauf	28
Danksagung	30

Abkürzungsverzeichnis

MP	Monoklonale Proteine
Ig	Immunglobulin(e)
AK	Antikörper
κ	kappa
λ	lambda
FLC	freie κ- und λ-Leichtketten
MM	Multiple Myelom
LC-MM	Leichtketten-Multiple Myelom
MW	Morbus Waldenström
MGUS	Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz
IMWG	International Myeloma Working Group
KM	Knochenmark
CRAB-Kriterien	Hyper <u>c</u> alcaemia, <u>R</u> enal impairment, <u>A</u> nemia, <u>B</u> one lesions
SMM	Smoldering Multiple Myelom
AL-Amyloidose	Leichtketten-Amyloidose
LC-MGUS	Leichtketten-MGUS
SPE	Serumproteinelektrophorese
IFE	Immunfixationselektrophorese
FLC-Ratio	κ-/λ-Leichtketten-Verhältnis
UPE	Urinelektrophorese im 24-Stundensammelruin
HLC	Leichtkettenspezifische Immunglobuline
HLC-Ratio	Igκ/Igλ-Verhältnis eines Immunglobulin-Paares
MRD	Minimale Resterkrankung

1 Einführung

1.1 Monoklonale Gammopathien

1.1.1 Definition und Epidemiologie Monoklonaler Gammopathien

Die Monoklonale Gammopathie ist definiert durch das Vorhandensein monoklonaler Proteine (MP) im Serum, die bei einer unkontrollierten Proliferation eines Plasmazellklons oder deren Vorläuferzelle entstehen. [1] Diese MP werden auch als Paraproteine beschrieben und es handelt sich dabei vorwiegend um intakte Immunglobuline (Ig), bestehend aus 2 identischen Schwerketten und 2 identischen Leichtketten. Je nach Schwerketten-Typ werden Monoklonale Gammopathien vom Typ IgA (α -), IgD (δ -), IgE (ϵ -), IgG (γ -) oder IgM (μ -Schwerketten) unterschieden. [2] In seltenen Fällen finden sich keine intakten Antikörper (AK)-Moleküle, sondern nur freie kappa (κ)- oder lambda (λ)-Leichtketten (FLC) im Serum. Lassen sich homologe Leichtketten im Urin nachweisen, bezeichnet man diese als Bence-Jones-Proteine. [3]

Jährlich erkranken in Deutschland etwa 6500 Patienten neu an der typischen malignen Variante Monoklonaler Gammopathien, dem Multiplen Myelom (MM). Es ist nach Leukämien und Non-Hodgkin-Lymphomen die dritthäufigste hämatologische Neoplasie und für zirka 1% aller Malignitäten verantwortlich. [4] Die Erkrankung tritt typischerweise erst im höheren Lebensalter auf und zeigt einen deutlichen Anstieg der Erkrankungshäufigkeit ab dem Alter von 50 Jahren. Es besteht eine geschlechtsspezifische und ethnische Variabilität. Männer sind häufiger betroffen als Frauen und die Inzidenz des MM ist in der schwarzen Bevölkerung deutlich höher. [5] Hauptsächlich produzieren die Tumorzellen Paraproteine vom Typ IgG (50%) und IgA (20%) oder im Fall des Leichtketten-Multiplen Myeloms (LC-MM) nur Ig-Leichtketten (16%). Der Nachweis von monoklonalen IgD und IgE ist sehr selten. [6, 7] Eine IgM-Paraproteinämie beobachtet man vorwiegend bei Patienten mit Morbus Waldenström (MW), einem lymphoplasmozytischen Lymphom. [8] Neben malignen Varianten wird eine Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz (MGUS) unterschieden, die lediglich durch den Nachweis von MP ohne Symptome oder Malignitätskriterien gekennzeichnet ist. [9] Die MGUS ist die häufigste Monoklonale Gammopathie und ist bei zirka 3% aller über 50-Jährigen nachweisbar. [10]

1.1.2 WHO-Einteilung und diagnostische Kriterien Monoklonaler Gammopathien laut International Myeloma Working Group (IMWG)

Zu den Monoklonalen Gammopathien zählen verschiedene Erkrankungen mit überwiegend hämatologisch malignem Ursprung. [11] Die aktuellen Kriterien zur Differenzierung Monoklonaler Gammopathien wurden von der IMWG 2014 neu definiert und sind in der Tabelle 1 und 2 dargestellt. Neben dem Nachweis von MP beinhalten diese Kriterien die Infiltration des Knochenmarks (KM) durch klonale Plasmazellen und definierte Endorganschäden. [12] Diese Myelom-assoziierten Endorganschäden sind als CRAB-Kriterien beschrieben und beinhalten Hyperkalziämie, Nierenversagen, Anämie und Knochenläsionen. [13] Im Rahmen der Klassifikation werden die MGUS, das Smoldering Multiple Myelom (SMM), das MM und andere proliferative Plasmazellerkrankungen wie der MW, das solitäre Plasmozytom und die Leichtketten (AL)-Amyloidose unterschieden.

Bei der MGUS handelt es sich um eine prä maligne Plasmazellstörung, die ausschließlich durch den laborchemischen Nachweis von MP ohne KM-Infiltration klonaler Plasmazellen und durch das Fehlen von Myelom-assoziierten Endorganschäden charakterisiert ist. [14] Entsprechend der Expression von Ig-Schwerketten oder Ig-Leichtketten erfolgt die Unterteilung in Nicht-IgM-MGUS, IgM-MGUS und Leichtketten-MGUS (LC-MGUS). [15] Studien belegen, dass ein lebenslanges Progressionsrisiko von 1% zum MM oder einer verwandten proliferativen Plasmazellerkrankung besteht. [16, 17] Das SMM ist ein Stadium zwischen MGUS und MM. Betroffene sind durch eine höhere Konzentration von MP im Serum und durch eine stärkere KM-Infiltration durch Myelomzellen gekennzeichnet, aber erfüllen nicht die Kriterien eines symptomatischen MM oder einer anderen verwandten Plasmazellerkrankung. [12] Das Gesamtprogressionsrisiko ist mit 10% in den ersten 5 Jahren nach Diagnosesicherung deutlich höher. [18] Dabei korreliert das Risiko mit der MP-Konzentration, dem MP-Typ und dem Verhältnis zwischen κ - und λ -Leichtketten im Serum (FLC-Ratio). Auf Grundlage dieses Wissens hat die IMWG Patienten mit MGUS und SMM in Risikogruppen unterteilt und eine Empfehlung für das Patientenmanagement herausgegeben. [19, 20] Das MM gehört laut WHO-Klassifikation zu den aggressiven B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphomen. [11] Die Diagnose ist durch den bioptisch gesicherten Nachweis einer KM-Infiltration durch klonale Plasmazellen und die Manifestation von Endorganschäden definiert. Zusätzlich zu den CRAB-Kriterien wurden 2014 neue Biomarker für die Diagnosekriterien eingeführt (Tabelle 2), um asymptomatische Hochrisikopatienten mit einem SMM, die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit zum Krankheitsprogress besitzen, frühzeitig zu erkennen. [12] Der Nachweis von MP ist nicht obligatorisch für die Diagnose

des MM. In Falle des seltenen nicht-sekretorischen MM können trotz bioptisch gesicherter Infiltration durch klonale Plasmazellen keine MP serologisch nachgewiesen werden, da weder intakte AK noch freie Leichtketten als Tumorprodukt sezerniert werden. [21, 22] Das solitäre Plasmozytom ist eine weniger progressive Form des MM. Hier findet sich ein Plasmazelltumor mit einer einzelnen lokalen Anhäufung von Myelomzellen im KM (intramedullär) oder extramedullär. [12] Es lassen sich keine Anzeichen einer systemischen Erkrankung und nur in seltenen Fällen MP nachweisen. Die Diagnose muss mittels Biopsie gesichert werden. [23] Der MW zählt zu den indolenten B-Zell-Lymphomen. [11] Charakterisiert ist die Erkrankung durch eine obligate Monoklonale IgM-Gammopathie und eine lymphoplasmozytische KM-Infiltration. [9, 12] Monoklonale Gammopathien können neben den Myelom-assoziierten Endorganschäden weitere Systemerkrankungen bedingen. Bei der AL-Amyloidose kommt es zur Ablagerung strukturell veränderter, nicht-löslicher Leichtketten (80% λ -Leichtketten) in Geweben, die zu schweren Organschäden führen können. [24, 25]

Diagnostische Kriterien* für Monoklonale Gammopathien

Nicht-IgM-MGUS

- MP im Serum (nicht IgM-Typ) < 30 g/L
- klonale Plasmazellinfiltration des KM <10%
- keine Endorganschäden (CRAB-Kriterien¹) oder systemische AL-Amyloidose

IgM-MGUS

- MP im Serum (IgM) < 30 g/L
- lymphoplasmozytische KM-Infiltration < 10%
- keine Anämie, Lymphadenopathie, Hyperviskosität oder andere Endorganschäden einer lymphoproliferativen Erkrankung

LC-MGUS

- kein Ig-MP im Serum
- anormales FLC-Verhältnis mit Erhöhung der involvierten Leichtkette²
- MP im Urin < 500 mg/24 Std
- klonale Plasmazellinfiltration des KM <10%
- keine Endorganschäden (CRAB-Kriterien¹) oder systemische AL-Amyloidose

SMM

- MP im Serum (nicht IgM-Typ) ≥ 30 g/L oder MP im Urin ≥ 500 mg/24 Std und/oder klonale Plasmazellinfiltration des KM 10-60%
- keine Endorganschäden (CRAB-Kriterien¹) oder systemische AL-Amyloidose

Solitäres Plasmozytom

- bioptisch gesicherter isolierter Plasmazelltumor intra- oder extramedullär
- keine multilokuläre KM-Infiltration oder klonale Plasmazellinfiltration des KM <10%
- keine Endorganschäden (CRAB-Kriterien¹) und keine weitere Knochenläsion mit Ausnahme der primären solitären Läsion

AL-Amyloidose

- Nachweis einer Monoklonalen Gammopathie (MP in Serum oder Urin)
- amyloid bedingte Systemerkrankung (z. B. Nieren-, Leber-, Herzinsuffizienz oder Beteiligung von Gastrointestinaltrakt oder peripheren Nerven)
- bioptisch gesicherte leichtkettenspezifische Amyloidablagerung im Gewebe (Kongorotfärbung)

* alle Diagnosekriterien müssen erfüllt sein; ¹Abkürzung für definierte Grenzwerte der Endorganschäden beim MM - C:Hyperkalzämie, R: Niereninsuffizienz, A:Anämie, B:osteolytische Knochenläsion; ²Referenzwerte basieren auf den Serum Freelite® Immunoassay (Binding Site Group, Birmingham, UK)

Tabelle 1: Diagnostische Kriterien häufiger Monoklonaler Gammopathien (IMWG, 2014) [12]

Diagnostische Kriterien für das Multiple Myelom

MM

klonale Plasmazellinfiltration des KM $\geq 10\%$ oder bioptisch gesichertes Plasmozytom und mindestens 1 weiteres definiertes Merkmal:

- *CRAB-Kriterien:*
 - Hyperkalziämie: Kalzium im Serum > 0.25 mmol/L oberhalb des oberen Normbereiches oder > 2.75 mmol/L
 - Niereninsuffizienz: $\text{GFR}^1 < 40$ mL/min oder Kreatinin im Serum > 177 $\mu\text{mol/L}$
 - Anämie: Hämoglobin > 2.0 g/dL unterhalb des Normbereiches oder < 10 g/dL
 - Knochenläsionen: ≥ 1 Läsion mittels Röntgenbildgebung, CT² oder PET³
- *Biomarker:*
 - klonale Plasmazellinfiltration des KM $\geq 60\%$
 - Verhältnis involvierter/nicht-involvierter freier Leichtketten $\geq 100^5$
 - > 1 fokale Läsion in der MRT⁴-Bildgebung > 5 mm

¹Glomeruläre Filtrationsrate; ²Computertomographie; ³Positronenemissionstomographie; ⁴Magnetresonanztomographie;

⁵Referenzwerte basieren auf den Serum FreeLite® Immunoassay (Binding Site Group, Birmingham, UK)

Tabelle 2: Überarbeitete diagnostische Kriterien für das MM (IMWG, 2014) [12]

1.1.3 Pathophysiologie und Klinik Monoklonaler Gammopathien

Aufgrund zytogenetischer Anomalien kommt es beim MM zur malignen Transformation und klonalen Proliferation einer Plasmazelle. [7] Diese Myelomzellen infiltrieren diffus oder multilokulär das KM und sezernieren vermehrt MP. [26] Daraus resultieren im Verlauf der Erkrankung verschiedene Organdysfunktionen. Initial können Patienten asymptomatisch sein oder die Beschwerden sind sehr unspezifisch, was oftmals zu einer verzögerten Diagnose führt. [27]

Ein häufiges Erstsymptom sind Knochenschmerzen oder atraumatische Frakturen, die vor allem im Bereich des Stammskeletts und Rippen auftreten. Die Manifestation durch Knochenbeteiligung findet sich bei 70-80% aller MM-Patienten röntgenologisch als osteolytische Läsionen bereits schon zum Zeitpunkt der Diagnosestellung. [6, 28] Sie entstehen bei der Infiltration durch klonale Plasmazellen im KM. Unmittelbar in der Nähe der Myelomzellen kommt es zytokin-vermittelt zu einer Hemmung von Osteoblasten und einer erhöhten Osteoklastenaktivität, was zu einem Ungleichgewicht zwischen Knochenaufbau und -abbau führt. [29] Durch die Knochenauflösung können große Mengen an Kalzium freigesetzt werden und zur symptomatischen Hyperkalziämie führen. [6]

Durch eine destruktive Ausbreitung von Myelomzellen im KM werden die für die Hämatopoese verantwortlichen Stammzellen in unterschiedlich starkem Ausmaß verdrängt. Bei zirka 73% aller Patienten findet sich eine Anämie. [6, 7] Seltener ist die Thrombo- und Leukopoese dadurch beeinträchtigt. Jedoch kann eine Immunparese durch Reduktion der nicht-involvierten polyklonalen AK eine erhöhte Infektanfälligkeit zur Folge haben. [30]

Bei vielen MM-Patienten kann bereits zum Zeitpunkt der Diagnosestellung ein erhöhtes Serum-Kreatinin nachgewiesen werden oder es entwickelt sich mit Fortschreiten der Erkrankung häufig eine Nierenfunktionsstörung. [6, 3] Davon betroffen sind gehäuft Patienten mit einem LC-MM und einer hochkonzentrierten Bence-Jones-Proteinurie. Aufgrund des kleinen Molekulargewichts von Ig-Leichtketten werden diese glomerulär filtriert und im proximalen Tubulus reabsorbiert. Hohe Konzentrationen an zirkulierenden FLC verursachen einen dauerhaften tubulointerstitiellen Schaden. [31] Auch eine Hyperkalziämie kann durch Ablagerung von Kalziumsalzen im Nierenparenchym zu einer Nierenfunktionsstörung führen. [3]

Das Hyperviskositätssyndrom ist eine weitere Hauptursache für Morbidität von Patienten mit Monoklonaler Gammopathie. Aufgrund einer erhöhten Konzentration an MP im Serum kommt es zur Zunahme der Blutviskosität. Infolgedessen sind klinische Manifestationen wie körperliche Schwäche, Kopfschmerzen, Schwindel, visuelle Veränderungen und Niereninsuffizienz möglich. Die Schwelle der Hyperviskosität hängt dabei von der MP-Plasmakonzentration ab und wird aufgrund der IgM-Molekülgröße häufiger bei dem MW beobachtet. [32]

Im Falle der AL-Amyloidose kommt es zu einer lokalisierten Ablagerung von nicht-löslichen Ig-Leichtketten in Geweben und führt zu einer Dysfunktion des jeweiligen Organs. Am häufigsten betroffen sind Herz (restriktive Kardiomyopathie) und Nieren (Proteinurie, Niereninsuffizienz), aber auch eine Hepatosplenomegalie oder periphere Neuropathie können dadurch auftreten. [24, 25]

1.2 Labordiagnostische Möglichkeiten zum Nachweis Monoklonaler Gammopathien

1.2.1 Strategien und Kriterien der Diagnosefindung

Der Nachweis von MP im Serum spielt eine entscheidende Rolle bei der Diagnostik Monoklonaler Gammopathien. Aus diesem Grund schließt die Primärdiagnostik verschiedene Testverfahren ein, um mit einer bestmöglichen Empfindlichkeit zuverlässig alle Patienten mit einer Paraproteinämie zu identifizieren. [33] Derzeit werden hauptsächlich elektrophoretische

Nachweisverfahren im Serum eingesetzt. Laut Empfehlung der IMWG sollten bei klinischem Verdacht auf ein MM oder einer verwandten Plasmazellerkrankung eine Serumproteinelektrophorese (SPE) und Immunfixationselektrophorese (IFE) durchgeführt werden. [34] Darüber hinaus wurde ein hochsensitiver Immunoassay zur quantitativen Messung von FLC im Serum eingeführt. [35, 36] Besonders bei Patienten mit einem LC-MM, einem nicht-sekretorischen MM oder einer AL-Amyloidose konnte mit diesem automatisierten Immunoassay die Sensitivität in der Primärdiagnostik verbessert werden. [37, 38, 39] Gemäß den aktuell gültigen Leitlinien kann durch die Kombination von elektrophoretischen Testverfahren mit dem FLC-Immunoassay im Serum beim Screening von Monoklonalen Gammopathien auf Untersuchungen im 24-Stunden-Urin verzichtet werden. Außer bei der Abklärung auf das Vorliegen einer AL-Amyloidose werden jedoch auch weiterhin elektrophoretische Urinuntersuchungen empfohlen. [40, 35] Wird ein MM diagnostiziert, sollte ebenfalls ergänzend eine Elektrophorese zur Quantifizierung von MP im 24-Stunden-Sammelurin (UPE) als Basiswert für die weitere Überwachung im Krankheitsverlauf durchgeführt werden. [41]

1.2.2 Elektrophoretische Nachweisverfahren im Serum

Mit der SPE werden die im Serum enthaltenen Eiweiße aufgrund unterschiedlicher Wanderungsgeschwindigkeit und Ladungsverhalten in einem elektrischen Feld in 5 Fraktionen (Albumin, α_1 -, α_2 -, β - und γ -Bande) aufgetrennt. Bei dem Nachweis von MP sind diese typischerweise als zusätzliche Bande im β - γ -Bereich auf dem elektrophoretischen Gel darstellbar und können in Bezug auf des Gesamteiweiß semiquantitativ per Densitometrie erfasst werden. [42] Laut internationalen Empfehlungen wird die SPE zum Screening von Monoklonalen Gammopathien empfohlen, obgleich die Messmethode mit einer Sensitivität von 500-2000 mg/L durch eine unzureichende Empfindlichkeit für FLC und MP in sehr niedrigen Konzentrationslevels charakterisiert ist. [36, 43] Zudem wird häufig eine Überlagerung von IgA-Paraproteinen mit anderen Serumeiweißen der β -Fraktion beobachtet, so dass eine eindeutige Abtrennung einer monoklonalen Bande dadurch erschwert wird. [44] Durch die Möglichkeit einer relativen Quantifizierung wird die SPE neben der Primärdiagnostik insbesondere für die Krankheitsüberwachung genutzt. [45]

Die IFE zeichnet sich durch eine Kombination aus SPE und Immunpräzipitation aus. Dabei werden nach der elektrophoretischen Auftrennung der Proteine monospezifische Antiseren gegen die Schwerketten α -(IgA), γ -(IgG) und μ -(IgM) sowie gegen die κ - und λ -Leichtketten

auf das Gel aufgetragen. Die Präzipitate der Antigen-Antikörper-Komplexe können nach dem Auswaschen der ungebundenen Proteine angefärbt und spezifisch abgebildet werden. [42] Mit einer Sensitivität von 100-150 mg/L gilt die IFE als Standardindikator für die Anwesenheit von MP. [36] Sie erlaubt jedoch keine Quantifizierung von Paraproteinen und hat somit nur einen begrenzten Nutzen bei der Krankheitsüberwachung Monoklonaler Gammopathien. Ein weiterer gemeinsamer Nachteil der elektrophoretischen Techniken ist der aufwendige Arbeitsprozess und die beobachterabhängige Auswertung.

1.2.3 Quantitative Bestimmung freier κ - und λ -Leichtketten mittels Immunoassay im Serum

Mit der Entwicklung des automatisierten polyklonalen FLC-Immunoassay (Freelite[®], Binding Site Group Ltd, Birmingham UK) gibt es seit 2001 erstmalig die Möglichkeit ungebundene κ - und λ -Leichtketten von Ig qualitativ und quantitativ im Serum zu bestimmen. Die Berechnung des Verhältnisses von κ - zu λ -Leichtketten (FLC-Ratio) liefert einen numerischen Indikator für Klonalität. [36] Neben Bradwell et al. konnten verschiedene Arbeitsgruppen eine sehr gute Spezifität und eine höhere Sensitivität im Vergleich zur IFE nachweisen. Insbesondere bei der Identifizierung von Patienten mit einer Leichtketten-Gammopathie oder einem nicht-bis oligosekretorischen MM zeigt der Test gegenüber elektrophoretischen Messverfahren bessere Ergebnisse. [37, 38, 39] Aufgrund einer sehr kurzen Halbwertszeit von FLC gegenüber intakter AK im Blut bietet das Testverfahren zudem Vorteile für eine genaue Überwachung von Krankheitsprogression und Therapieansprechen. [37] Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die Höhe der anormalen FLC-Ratio einen unabhängigen Parameter für die Prognose bietet. [35, 46, 47] Auf der Grundlage zahlreicher Studien mit Einsatz des Freelite[®] Immunoassays hat sich die Bestimmung von freien κ - und λ -Leichtketten im Serum als ein wichtiger diagnostischer, prognostischer und therapeutischer Marker bewiesen und ist Bestandteil der internationalen Empfehlungen zur Diagnostik und Therapieüberwachung von Monoklonalen Gammopathien, insbesondere von Patienten mit LC-MM, AL-Amyloidose und nicht-sekretorischem MM. [35] Jedoch können mit dem Verfahren keine intakten monoklonalen Ig erfasst werden, so dass eine Kombination mit elektrophoretischen Methoden weiterhin notwendig ist.

Derzeit gibt es weitere Tests zur Quantifizierung von FLC im Serum. 2011 wurde der monoklonale Immunoassay (N-Latex-FLC-Assay, Siemens Healthcare) eingeführt und verschiedene Arbeitsgruppen konnten eine gute Vergleichbarkeit mit dem etablierten Freelite[®] Immunoassay zeigen. [48] Jedoch gibt es insbesondere in der

Konzentrationsmessung von λ -Leichtketten minimale Diskrepanzen zwischen den Analysen. [49, 50]

1.2.4 Quantifizierung monoklonaler Proteine als entscheidender Parameter zur Überwachung der Tumoraktivität im Krankheitsverlauf

Die Quantifizierung von MP ist ein bedeutendes Kriterium in der Krankheitsüberwachung von Patienten mit Monoklonalen Gammopathien. [41, 51] Die aktuell gültigen Leitlinien zur Verlaufskontrolle der MP-Konzentration empfehlen in erster Linie eine densitometrische Messung durch die SPE im Serum. [45, 52] Eine präzise Quantifizierung ist mittels SPE jedoch nicht immer möglich und nicht in allen Fällen lassen sich Paraproteine als eindeutige monoklonale Bande durch Eiweißüberlagerungen in der elektrophoretischen Auftrennung abgrenzen. Häufig wird dies bei MP vom Typ IgA durch Wanderung mit anderen Eiweißen in die β -Fraktion beobachtet. [53, 44, 53] Zu Messabweichungen kann es darüber hinaus bei niedrigen MP-Konzentrationen vor einem polyklonalen Ig-Hintergrund kommen und sehr hohe Konzentrationen monoklonaler Ig können bei Anwendung der SPE unterschätzt werden. [43, 54, 55] In diesen gesonderten Fällen wird eine nephelometrische Analyse zur Ig-Quantifizierung bevorzugt. [45, 56] Jedoch erlaubt das Messverfahren keine Unterscheidung zwischen monoklonalen und polyklonalen Ig, was insbesondere bei niedrigen oder normwertigen Ig-Konzentrationen relevant ist. Zudem kann es bei einem monoklonalen Hintergrund zu Überschätzungen der Ig-Gesamtkonzentration kommen. Besonders bei IgM-Gammopathien konnten im Vergleich zur Gesamteiweiß- und MP-Bestimmung mittels SPE häufiger höher Messergebnisse beobachtet werden. [54].

Des Weiteren wird die Durchführung einer Proteinelektrophorese zur MP-Quantifizierung im Urin als ein weiteres Kriterium in den aktuellen Leitlinien erwähnt. Lassen sich im Krankheitsverlauf keine MP sowohl im Serum als auch im Urin mehr elektrophoretisch nachweisen, soll eine weitere quantitative Überwachung durch die Analyse von FLC im Serum erfolgen. Zum qualitativen Nachweis einer Monoklonalität wird die Immunfixationselektrophorese empfohlen. [41, 45] Bei Patienten mit oligo- und nicht-sekretorischen MM (MP im Serum < 10 g/L; MP im Urin < 200 mg/24 Stunden) oder ausschließlicher Produktion von monoklonalen Leichtketten wird generell der FLC-Immunoassay zur Verlaufskontrolle vorgeschlagen.

1.3 Leichtkettenspezifische Immunglobulinbestimmung zum Nachweis monoklonaler Proteine

1.3.1 Testprinzip und Interpretation des Hevylite® Immunoassays

Mit dem seit 2009 verfügbaren Immunoassay (Hevylite®, Binding Site Group Ltd, Birmingham UK) gelingt erstmals die Bestimmung von leichtkettenspezifischen Ig (HLC) im Serum. Jedes Ig enthält strukturell einzigartige Konformationsepitope an den Übergängen der konstanten Regionen zwischen schwerer und leichter Kette. Mit der Entwicklung polyklonaler AK, die spezifisch die Epitope an der Bindungsstelle zwischen Leicht- und Schwereketten im Ig-Molekül erkennen, ist es möglich intakte Ig entsprechend ihrer gebundenen Leichtketten (IgG κ , IgG λ , IgA κ , IgA λ , IgM κ und IgM λ) einzeln zu identifizieren und quantifizieren. (Abbildung 1)

Abbildung 1: Schematische Darstellung der konstanten Bindungsstelle zwischen Schwer- und Leichtkette eines Ig als Epitop des Hevylite® Immunoassays [57]

Die Ableitung des Verhältnisses zwischen Ig κ und Ig λ (HLC-Ratio) jedes zusammengehörigen Ig-Paares (IgG κ /IgG λ , IgA κ /IgA λ und IgM κ /IgM λ) ermöglicht die Identifizierung eines monoklonalen Hintergrundes. (Tabelle 3) [58] Bei gesunder polyklonaler Immunantwort finden sich die verschiedenen Leichtkettentypen jeder Ig-Subklasse in etwa zu gleichen Anteilen wieder. Im Falle einer tumorbedingten Monoklonalität überwiegt jedoch die Synthese eines der beiden Leichtkettentypen und verschiebt die HLC-Ratio zugunsten des involvierten Leichtkettentyps. Bei einer HLC-Ratio von IgG, IgA oder IgM außerhalb der durch Bradwell et al. definierten Referenzbereiche liegt eine monoklonale AK-Synthese mit hoher Wahrscheinlichkeit vor. [58]

Der Test erlaubt darüber hinaus eine präzise Quantifizierung sowohl des nicht-involvierten polyklonalen Ig als auch des involvierten monoklonalen Ig. 2013 wurde mit dem Begriff „HLC Pair Suppression“ die isotypische Immunsuppression innerhalb einer Ig-Klasse beschrieben und ist definiert als eine anormale HLC-Ratio und einer

Konzentrationserniedrigung des nicht-involvierten polyklonalen Ig unterhalb des Referenzbereiches. (Tabelle 3) [59] Dadurch erhält man erstmalig einen numerischen Wert für die tumorbedingte Immunsuppression.

1.3.2 Validierung und Vergleich des Immunoassays zur Bestimmung von leichtkettenspezifischen Immunglobulinen mit etablierten Messverfahren in der Diagnostik von Monoklonalen Gammopathien als wesentliches Ziel der vorliegenden Promotionsarbeit

Verschiedene Arbeitsgruppen haben sich bereits mit der Thematik beschäftigt, anhand der klinischen Fragestellung die derzeit vorhanden Nachweisverfahren gezielt einzusetzen, um MP präzise zu identifizieren und quantifizieren [35, 33]. Übereinstimmend ergaben die Studien, dass ein einzelner Test das Spektrum aller Monoklonalen Gammopathien nicht abdecken kann. Nur die ausgewählte Kombination der verschiedenen Testverfahren bringt eine adäquate Sensitivität und Spezifität bei der Diagnostik und Verlaufskontrolle.

Ein zentrales Ziel unserer Studie war neben einer methodischen Validierung der Vergleich des HLC-Immunoassays für die Ig-Subklassen IgA, IgG und IgM mit etablierten Methoden zum Nachweis von MP im Serum von Patienten mit MM, MGUS und LC-MM. Des Weiteren untersuchten wir das diagnostische Potential der Analytik von leichtkettenspezifischen Ig als Parameter im Krankheitsverlauf von ausgewählten Patienten mit IgA- und IgG-MM gegenüber IFE und SPE. Unser Gedanke war es, dass ein automatisierter Immunoassay, der eine empfindliche Detektion und spezifische Quantifizierung von monoklonalen Gesamt-Ig kombiniert, möglicherweise eine reduzierte Anwendung von mühsamen und beobachterabhängigen elektrophoretischen Techniken bei der Diagnose und Überwachung von Patienten mit Monoklonaler Gammopathie ermöglicht. Die Ergebnisse unserer Studie wurden in der im Folgenden dargestellten Publikation 2014 im Journal „Clinical Laboratory“ präsentiert.

2 Publikation

Analytical Performance and Diagnostic Potential of Immunoassays Determining Intact Immunoglobulin κ/λ Ratios in Monoclonal Gammopathies

JACQUELINE ECKOLD, WOLFRAM POENISCH, TIM DROGIES,
JUERGEN KRATZSCH, DANIEL TEUPSER, JOACHIM THIERY,
MATHIAS BRUEGEL

Eingereicht in: Clinical laboratory

Veröffentlicht: 09/2014

ORIGINAL ARTICLE

Analytical Performance and Diagnostic Potential of Immunoassays Determining Intact Immunoglobulin κ/λ Ratios in Monoclonal Gammopathies

JACQUELINE ECKOLD¹, WOLFRAM POENISCH², TIM DROGIES¹,
JUERGEN KRATZSCH¹, DANIEL TEUPSER^{1,3}, JOACHIM THIERY¹,
MATHIAS BRUEGEL^{1,3}

¹ Institute of Laboratory Medicine, Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, University Hospital Leipzig, Germany

² Department of Hematology/Oncology, University of Leipzig, Leipzig, Germany

³ Institute of Laboratory Medicine, Ludwig-Maximilians-University, Munich, Germany

SUMMARY

Background: Hevylite™ chain (HLC) assays with specificity for epitopes at the junction between heavy and light chains of intact immunoglobulins (Ig) allow quantification of Ig κ/λ ratios of the three major Ig classes. Calculated Ig κ/λ ratios outside the reference range indicate a monoclonal background. The primary aim of the present study was to analytically validate HLC assays and to investigate their diagnostic potential in relation to immunofixation electrophoresis (IFE) as the standard method for identification of monoclonal proteins (MPs). A second aim was to investigate the diagnostic potential of HLC assays in disease monitoring.

Methods: Precision, linearity, accuracy, sensitivity, and specificity of HLC assays for Ig classes A, G, and M were determined as parameters of analytical performance. The diagnostic performance of HLC assays in the detection of MPs was investigated in patient sera revealing monoclonal bands in IFE (n = 156). The utility of the assays in disease monitoring was investigated in a proof of principal approach by quantification of HLC ratios in subsequent sera from stem cell transplanted (ScTx) myeloma patients (n = 4).

Results: All six HLC assays revealed analytical performances suitable for application in routine diagnostics. With regard to diagnostic performance, all samples with IgA MPs in IFE (n = 54) could be identified in the HLC IgA assay. Of sera showing IgG MP in IFE (n = 69), 57 could be identified in the HLC IgG assay, whereas 12 had normal IgG κ/λ ratios. Of sera showing IgM MP in IFE (n = 26), 25 could be identified in the HLC IgM assay, 1 serum revealed a normal IgM κ/λ ratio. ScTx patients achieving IFE-negative remission had normal HLC ratios. Those who failed to achieve IFE-negative remission showed normalization of conventional monitoring parameters but revealed HLC ratios never reaching reference range.

Conclusions: HLC assays exhibit analytical performances suitable for clinical routine application. Our preliminary data from ScTx patients suggest a diagnostic potential especially of HLC IgA assay in disease monitoring. Other than that, combined application of HLC assays does not represent an alternative to IFE in first line diagnostics, in particular due to the limited diagnostic performance of the HLC IgG assay.

(Clin. Lab. 2014;60:1491-1500. DOI: 10.7754/Clin.Lab.2013.131010)

KEY WORDS

Hevylite™ chain assays, immunoglobulin κ/λ ratios, monoclonal gammopathy, validation, test performance

INTRODUCTION

Determination of monoclonal proteins (MPs) in serum is an integral part in screening and monitoring of monoclonal gammopathies (MG) [1]. Currently used detection methods are mainly based on electrophoretic techniques, such as serum protein electrophoresis (SPE) and immunofixation electrophoresis (IFE) [2]. Moreover, an

immunoassay measuring free light chains (FLC) has been introduced [3]. Nephelometric or turbidimetric assays are used for quantification of secreted whole immunoglobulins (Ig) [2].

Considering these methods, SPE allows relative quantification of MPs and is therefore primarily used for disease monitoring. Its application in screening is limited by insufficient sensitivity and inability to identify monoclonal Ig class. IFE is characterized by a combination of electrophoretic separation and immunoprecipitation and, due to its sensitivity, currently represents the standard indicator for presence of MPs [4]. However, IFE does not permit quantification of MPs and, thus, has the disadvantage of limited utility in disease monitoring. Another common disadvantage of electrophoretic techniques is the laborious working process and the observer dependent evaluation. Due to a lack of electrophoretic methods for the proper quantification of MPs, nephelometric or turbidimetric methods detecting total Ig concentration are used for disease monitoring. However, these methods do also not accurately reflect the real amounts of MPs [4]. On the other hand, serum FLC assays allow excellent detection of FLCs but are unable to detect monoclonal whole Ig, thus always requiring combination with electrophoretic methods [5,6].

Therefore, an automated immunoassay combining sensitive detection and specific quantification of monoclonal whole Ig potentially allowing reduced application of laborious and observer dependent electrophoretic techniques in diagnosis and monitoring of MGs would be of great interest. Recently, immunoassays targeting unique epitopes between heavy- and light chain constant regions of intact Ig have been introduced (IgA κ and λ , IgG κ and λ , IgM κ and λ Hevylite™ chain (HLC) assay) [7]. These assays allow quantification of serum heavy and light chain pairs for the investigated Ig classes. The calculated HLC ratio allows identification of a monoclonal background.

The primary aim of the present study was to analytically validate all six HLC assays in a clinical setting and to investigate their capability in the detection of MPs in comparison to IFE as the standard test. Furthermore, in a proof of principal approach we investigated the diagnostic potential of these assays in monitoring the course of myeloma in stem cell transplanted (ScTx) patients.

MATERIALS AND METHODS

Study population, serum collection and storage

A total of 119 serum samples from 43 patients with MG type IgA (intact immunoglobulin multiple myeloma (IIMM), $n = 39$; monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS), $n = 4$), 162 serum samples from 59 patients with MG type IgG (IIMM, $n = 52$; MGUS, $n = 7$), 32 serum samples from 21 patients with MG type IgM (IIMM, $n = 7$; Morbus Waldenstrom (MW), $n = 5$; MGUS, $n = 9$), and 7 serum samples from patients with light chain multiple myeloma (LCMM)

were used to determine the analytical and diagnostic performance of HLC assays. More than one serum sample was selected from different patients in case of multiple sample entry in the course of disease and marked decrease or increase of total Ig concentration. In addition, consecutive serum samples from ScTx IIMM patients ($n = 4$) were used for assessing the diagnostic potential of HLC assays in disease monitoring. All patients were routinely treated at the University Hospital of Leipzig and received bone marrow diagnostics for classification of malignancy or MGUS. Respective sera were characterized by monoclonal bands in IFE. Sera from patients without laboratory signs of MG but presence of rheumatoid factors (RFs) ($n = 10$) were used for interference studies. Sera from healthy blood donors ($n = 22$) were used as controls. All blood samples were centrifuged within 1 hour after blood drawing and serum was stored in aliquots at -20°C until analysis. The study met the ethical standards of the Declaration of Helsinki and was approved by the Ethics Committee of the Medical Faculty of the University Leipzig, Germany (082-10-19042010).

Laboratory diagnostics

HLC assays (Hevylite™ human kits for IgA κ , IgA λ , IgG κ , IgG λ , IgM κ , IgM λ), FLC assays (Freelite™ kit) (The Binding Site, Birmingham, England) and determinations of total IgA, IgG, IgM were performed by nephelometric analysis (BNII, Siemens Diagnostics, Eschborn, Germany) according to manufacturer's instructions. Ratios of HLC and FLC assays were classified according to suggestions of the manufacturer. RFs were analyzed on a BN ProSpec (Siemens Diagnostics, Eschborn, Germany), total protein was analyzed on a clinical chemistry analyzer (Modular, Roche Diagnostics, Basel, Switzerland). IFE and SPE were performed on a Hydrasis electrophoretic system (Sebia, Evry, France). Presence of monoclonal bands in IFE or SPE was assessed by two independent experienced observers.

Phoresis software (Sebia, Evry, France) was used for discrimination of monoclonal peaks in SPE which were semi-quantitatively analyzed in relation to total protein.

Analytical validation of Hevylite™ chain assays

Patient sera containing MPs of isotype IgA κ , IgA λ , IgG κ , IgG λ , IgM κ or IgM λ were mixed into pool sera (four for each isotype), each in appropriate amounts, to form a set of samples covering broad concentration range of the six different HLC assays for determination of intra- and interassay precision. The isotype of these sera was identified by IFE; the Ig concentration was determined by nephelometric analysis. Linearity testing of HLC assays was performed with patient pool sera ($n = 2$ for each isotype) and then serially diluted into different calibration ranges of several assays. Recovery of HLC assays was investigated by analysis of pooled serum from three healthy subjects spiked with different calibrators. As accuracy criteria, summed concentrations of

Ig κ/λ pairs were determined in 106 sera from 31 patients with MG type IgA, in 156 sera from 53 patients with MG type IgG, and in 28 sera from 18 patients with MG type IgM and were then compared with total Ig concentrations of the respective classes as determined by nephelometry.

To investigate a potential cross-reactivity of different classes of MPs in HLC assays, sera containing MPs type IgG or IgM ($n = 5$ for each isotype) were analyzed with the HLC IgA assay, sera containing MPs type IgA or IgM ($n = 5$ for each isotype) were analyzed with the HLC IgG assay, and sera containing MPs type IgA or IgG ($n = 5$ for each isotype) were analyzed with the HLC IgM assay. To investigate a potential interference of RFs in HLC assays, patient sera with different concentrations of RFs ($n = 10$) but without monoclonal bands in IFE were analyzed. Functional sensitivity of HLC assays was assessed by 6-fold determinations of patient pool sera containing MPs after dilution up to the limit of detection using 0.1% albumin solution. A comparison of sensitivity between IFE and HLC assays was performed by recurrent analyzes of sera ($n = 2$ for each Ig class) that were stepwise diluted with 0.1% albumin solution until absence of monoclonal bands in IFE or reaching the limit of detection in HLC assays.

Assessment of diagnostic potential of Hevylite™ chain assays

The capability of HLC assays to detect MPs was investigated by comparative analysis of sera revealing monoclonal bands in IFE ($n = 156$) as the standard method. To investigate the potential of HLC assays in disease monitoring in a proof of principal approach, sera from ScTx IIMM patients ($n = 4$) were subsequently collected over a time period of 1½ years and retrospectively analyzed. Results of the HLC assays were compared to IFE as the conventional marker of residual disease and to total Ig concentrations and semi-quantitatively evaluated monoclonal peaks in SPE as quantitative parameters in monoclonal disease.

RESULTS

Analytical performance of Hevylite™ chain assays

Intra- and interassay precision ranged between 1.5% and 19% for HLC IgA assays, 0.8% and 16% for HLC IgG assays, and 1.0% and 8.5% for HLC IgM assays over the calibration range (Online supplement, Table 1). Dilution experiments revealed linearity in the range of 0.80 to 38.8 g/L for HLC IgA assays, 3.40 to 48.5 g/L for HLC IgG assays and 0.80 to 95.0 g/L for HLC IgM κ assay. Due to the fact that patient samples containing MP type IgM λ were not available, we were unable to investigate precision and linearity of the HLC IgM λ assay. Spiking of test calibrators into sera from healthy subjects resulted in a recovery rate ranging from 92 to 108% for HLC assays. Comparison between summed concentrations of IgA κ/λ , IgG κ/λ , and IgM κ/λ pairs

and the respective total Ig concentrations revealed an excellent linear correlation with correlation coefficients of 0.97, 0.96, and 0.99, respectively (Figure 1A - C).

We next tested cross-reactivity by testing HLC assays for IgA with MP type IgG and IgM, HLC assays for IgG with MP type IgA and IgM, and HLC assays for IgM with MP type IgA and IgG. Maximum concentration of MP type IgA, IgG or IgM in sera used for cross-reactivity testing was 36.0 g/L, 46.0 g/L, or 102 g/L. As shown by normal IgA κ/λ ratios, MPs type IgG or IgM did not cross-react in the HLC IgA assay until the highest serum concentrations (Figure 2A). As shown by normal IgG κ/λ ratios, MPs type IgA did not cross-react in the HLC IgG assay until maximum serum concentration of 36.0 g/L. However, patient sera exclusively containing MP type IgM above a serum concentration of 16.0 g/L revealed HLC IgG κ/λ ratios outside the reference range (Figure 2B). Cross-reactivity persisted after dilution of these sera. Furthermore, these sera revealed differences between total IgG concentrations and summed concentrations of IgG κ/λ pairs. MPs type IgA or IgG did not cross-react in the HLC IgM assay up to the highest serum concentrations (Figure 2C). In some cases, IgM κ/λ ratios were found marginally outside the reference value; however, agreement of summed concentrations of IgM κ/λ pairs with total IgM concentrations argues against cross-reactivity (data not shown). In addition, potential analytical interferences of HLC assays with RFs were analyzed in serum samples containing RFs in concentrations from 20.0 to 600 U/mL. HLC IgA, IgG and IgM assays were not affected up to the highest concentrations as confirmed by HLC Ig κ/λ ratios in reference ranges (Figure 2A-C).

6-fold determination of diluted pool sera revealed a functional sensitivity of 0.02 g/L for IgA κ/λ assay, 0.13 or 0.05 g/L for IgG κ or IgG λ assay, and 0.01 for IgM κ/λ assay (data not shown). Sensitivity of HLC assays was tested by serial dilution of 2 representative sera for each class of MPs up to 1:32 (Figure 3A-F). In addition, detectability of MPs in diluted sera was tested by IFE. A recovery of MPs using the HLC IgA κ assay (Figure 3A) and IgA λ assay (Figure 3B) between 80 and 120% could be shown up to a 1:16 or 1:8 and 1:32 or 1:16 dilution for investigated sera, corresponding to serum concentrations of IgA κ and IgA λ MPs in the range of 0.05 to 0.1 g/L. IFE revealed monoclonal bands up to a 1:32 dilution, corresponding to serum concentrations of IgA κ and IgA λ in the range of 0.02 g/L. The HLC IgG κ assay (Figure 3C) and IgG λ assay (Figure 3D) revealed recoveries between 80 and 120% of MPs up to a 1:4 or 1:8 and 1:16 dilution, corresponding to serum concentrations of IgA κ and IgA λ MPs in the range of 0.1 g/L. IFE revealed monoclonal bands up to a 1:16 or 1:32 dilution for different sera, corresponding to serum concentration of IgG κ and IgG λ MPs between 0.04 and 0.05 g/L. A 80 to 120% recovery of MPs in the HLC IgM κ assay could be shown up to a 1:16 dilution (Figure 3E) and up to a 1:8 or 1:16 dilution in the HLC IgM λ assay, corresponding to serum concentrations of

Figure 1. Correlations of summed concentrations of Ig κ/λ pairs and total Ig concentrations.

Patient sera containing monoclonal protein type (A) IgA ($n = 106$), (B) IgG ($n = 156$) or (C) IgM ($n = 28$) were analyzed. Summed concentration of Ig κ/λ pairs detected with HLC IgA κ/λ , IgG κ/λ or IgM κ/λ assay (x-axis) and total Ig concentration determined with nephelometry (y-axis) are shown on a logarithmic scale.

Figure 2. Cross-reactivity of monoclonal proteins and rheumatoid factors in Hevylite™ chain assays.

(A) Patient sera containing monoclonal protein type IgG (dark squares, $n = 5$) or IgM (dark circles, $n = 5$) in IFE were analyzed with the HLC IgA assay. (B) Patient sera containing monoclonal protein type IgA (dark rhombus, $n = 5$) or IgM (dark circles, $n = 5$) in IFE were analyzed with the HLC IgG assay. (C) Patient sera containing monoclonal protein type IgA (dark rhombus, $n = 5$) or IgG (dark squares, $n = 5$) in IFE were analyzed with the HLC IgM assay. Patient sera containing rheumatoid factors (grey triangles, $n = 10$) were analyzed with the HLC IgA, IgG, and IgM assay (A-C). Concentrations of Ig κ (x-axis) or λ (y-axis) isotypes are shown on a logarithmic scale, dotted lines indicate normal ranges of Ig κ/λ ratio.

Figure 3. Recovery and sensitivity testing of Hevylite™ chain assays compared to immunofixation electrophoresis after stepwise dilution.

Sera from patients with MG type IgA κ or λ, IgG κ or λ, IgM κ or λ (A-F) were used for sensitivity testing (n = 2 for each isotype). Sera were analyzed at baseline with HLC assays and IFE and subsequently after stepwise dilution until reaching the limit of detection in HLC analysis or absence of monoclonal bands in IFE. Ig κ or λ concentrations and the respective Ig κ/λ ratios are presented as percent recovery relative to baseline. Dotted lines indicate a 20% deviation band. Results of IFE are described as “+” with monoclonal band or as “-” without monoclonal band. IFE, immunofixation electrophoresis; S1, serum 1; S2, serum 2.

Figure 4. Diagnostic potential of Hevylite™ chain assays in the detection of monoclonal protein in comparison to immunofixation electrophoresis.

Sera from IIMM or MGUS patients containing monoclonal protein type (A) IgA (n = 54; black or grey rhombus for IIMM subtype λ or κ, black circles or light grey squares for MGUS subtype λ or κ), (B) IgG (n = 69; black or dark grey squares for IIMM subtype λ or κ, white rhombus or crossed squares for MGUS subtype λ or κ) or (C) IgM (n = 26; grey circles for IIMM subtype κ, grey crossed squares or black triangles for MGUS subtype λ or κ) in IFE were analyzed with the corresponding HLC assays. Sera from LCMM patients (n = 5, white triangles) and healthy controls (n = 10, white circles) were analyzed with HLC assays. Concentrations of κ (x-axis) or λ (y-axis) isotypes are shown on a logarithmic scale, dotted lines indicate normal ranges of Ig κ/λ ratio.

IgM κ and IgM λ MPs in the range of 0.05 to 1.0 g/L. IFE revealed monoclonal bands at least up to a 1:16 dilution, corresponding to serum concentrations of IgM κ and IgM λ between 0.03 and 0.06 g/L.

Comparison of Hevylite™ chain assays and immunofixation electrophoresis in the detection of monoclonal proteins

In total, 156 sera revealing monoclonal bands in IFE (MG type IgA, n = 54; MG type IgG, n = 69; MG type IgM, n = 26; MG type LC, n = 7), and 22 sera of healthy subjects without laboratory evidence for monoclonal gammopathy were analyzed with HLC assays. As indicated by IgA κ/λ ratios outside the reference range, monoclonality could be identified by HLC IgA assays in all investigated serum samples (IIMM, n = 50; MGUS, n = 4) (Figure 4A). As indicated by IgG κ/λ ratios outside the reference range, monoclonality could be

identified by HLC IgG assays in 57 sera from IIMM patients. However, 12 sera revealing monoclonal bands in IFE had normal HLC IgG κ/λ ratios (IIMM, n = 10; MGUS, n = 2) (Figure 4B). As indicated by IgM κ/λ ratios outside the reference range, monoclonality could be identified by HLC IgM assays in 25 sera from myeloma (immunocytoma, n = 10; Waldenström macroglobulinemia, n = 7), and MGUS patients (n = 8). One serum of a patient with MGUS revealing a monoclonal band in IFE had a normal HLC IgM κ/λ ratio (Figure 3C). All these patients had IgM κ MPs and because no suitable patient samples were available, the diagnostic sensitivity of the HLC IgM λ assay could not be investigated. Sera from healthy subjects and from patients with LCMM (n = 7) revealed normal Ig κ/λ ratios in HLC analysis (Figure 4A-C).

Figure 5. Diagnostic potential of Hevylite™ chain assays in disease monitoring.

HLC analysis was performed on consecutive sera from ScTx patients suffering from IIMM type (A-C) IgA λ (n = 3) or (D) type IgG λ (n = 1). HLC ratios (broken line), total Ig concentrations (solid line), monoclonal peak in serum protein electrophoresis (dotted line) are shown. Dark grey broken lines indicate normal ranges of immunoglobulin κ/λ ratio, light grey broken line indicate upper limit of total Ig concentration. HLC, Hevylite™ chain; IFE, immunofixation electrophoresis; ScTx, stem cell transplantation; RBP, Revlimid, Bendamustine, Prednisone; VMP, Velcade, Melphalan, Prednisone.

Potential of Hevylite™ chain assays in disease monitoring

In a proof of principal approach, intact Ig κ/λ pairs were determined in sequentially collected sera from four ScTx IIMM patients (P1 - P3: Type IgA λ ; P4: Type IgG λ). The chronological sequence of results from HLC analysis, total Ig analysis, SPE, and IFE for the four study patients are presented in Figure 5A - D. As shown in Figure 5A, P1 revealed a parallel trend of total IgA concentrations, semi-quantitatively determined monoclonal peaks in SPE and HLC IgA κ/λ ratios up to day 170. Interventions were followed by disappearance of monoclonal peak in SPE and normalization of IgA levels. In accordance with IFE revealing persistent monoclonal bands, HLC IgA κ/λ ratios showed up- and downturns but never reached the reference range. Disease progression after day 350 was associated with recurrence of monoclonal bands in SPE, increase of total IgA, and decrease of HLC IgA κ/λ ratio. As shown in Figure 5B, P2 revealed a parallel trend between total IgA concentrations and HLC IgA κ/λ ratios up to day 70, the monoclonal peak in SPE had already disappeared around day 35. ScTx was followed by a persistent decrease of total IgA concentrations. In accordance with IFE revealing persistent monoclonal bands indicating incomplete remission, HLC IgA κ/λ ratios increased but without reaching the reference range. As shown in Figure 5C and 5D, ScTx in P3 (IIMM type IgA λ) and P4 (IIMM type IgG λ) were followed by a persistent decrease of total Ig concentrations. In accordance with IFE revealing the disappearance of monoclonal bands and indicating complete remission, HLC Ig κ/λ ratios reached reference ranges.

DISCUSSION

The present study demonstrated the analytical quality characteristics of HLC assays suitable for application in routine diagnostics. A high concordance between HLC IgA and IgM assays to IFE in the detection of MPs was shown. However, primarily based on the limited diagnostic sensitivity of the HLC IgG assay, combination of HLC assays will not allow reduced application of IFE as the standard indicator for the presence of MPs. In addition, HLC IgD and IgE assays, which would be required for MP screening are not available, yet. Our preliminary studies performing HLC analysis in ScTx IIMM patients suggest a diagnostic potential, especially of the HLC IgA assay in disease monitoring.

To the best of our knowledge, our study is the first to comprehensively investigate analytical quality parameters and diagnostic performance of all presently available HLC assays in a clinical setting. Based on the idea that application of HLC assays might allow reduced application of laborious and observer dependent electrophoretic techniques, the diagnostic performance in the detection of MPs was investigated in particular in comparison to IFE as the current standard method. An intra-assay precision below 12% was shown for the six HLC

assays (Online supplement, Table 1), which was in agreement with recent data published by Bradwell et al. [7]. These authors described intraassay precisions of the HLC IgA and IgG assays between 1.5 and 7.4%; the assessment of the HLC IgM intraassay precision was not performed. HLC assays revealed interassay precisions ranging from 1.1 to 8.0% in the concentration range up to 0.56 g/L. Interassay precisions up to 19% were shown for HLC IgA and IgG assays in the lower concentration ranges. Bradwell et al. showed interassay precisions between 1.50 and 7.40% over all concentration ranges; the assessment of HLC IgG and IgM interassay precision was not performed [7]. The analytical performance of HLC assays is further supported by our data showing adequate accuracy in linearity and recovery testing.

Nephelometric analysis of Igs is performed for the quantification of polyclonal or monoclonal proteins indicating bone marrow suppression or tumour burden in gammopathy diagnostics [8,9]. The correlation of HLC IgA, IgG, and IgM assays with nephelometric analysis of polyclonal proteins and of the HLC IgA assay with nephelometric analysis of MPs has been previously demonstrated [7,10]. In the present study we confirmed the correlation of the HLC IgA assay with the nephelometric analysis of MPs but extended these results to HLC IgG and IgM assays by showing a correlation with nephelometric analysis of IgG and IgM MPs in patient sera (Figure 1). Whether HLC assays more accurately reflect Ig secretion as compared to nephelometric analysis of total Igs sometimes overestimating notably IgM levels will have to be investigated in subsequent studies. In a further step, we were not able to show interferences with RFs as a common disturbing factor in the immunoassay-based analysis of serum samples in a clinical setting (Figure 2). This extends findings by Bradwell et al. who investigated a potential interference of HLC assays with bilirubin, haemoglobin, or triglycerides [7]. We further analysed sera containing different isotypes of MPs with various HLC assays. Our results suggest a cross-reactivity of MP type IgM in the HLC IgG assay (Figure 2) as already described by Bradwell et al. [7]. However, as we were not able to show a normalization of HLC IgG κ/λ ratios after dilution of the respective serum samples, an underlying imbalance in the synthesis of heavy chains type IgG could therefore not be excluded.

Analytical sensitivity of HLC assays was investigated in comparison to IFE as the standard indicator for the presence of MPs [4,11]. Thereby, comparable (HLC IgA and IgM assay) to slightly lower sensitivities (HLC IgG assay) of HLC assays were demonstrated (Figure 3).

A central aim of the present study was to investigate the potential of HLC assays in the detection of MPs in comparison to IFE as the reference test with the idea that equivalence of HLC IgA, IgG, and IgM assays with IFE may allow reduced application of this laborious and observer-dependent standard test. However, limited diagnostic sensitivity of the HLC IgG assay underscores the

role of IFE as the standard indicator for the presence of MPs. In first line diagnostics, HLC analysis may actually be requested especially in cases of unclear patterns in IFE, for example in a case of pronounced polyclonal background.

Two recent publications suggest a potential diagnostic role for HLC analysis as a risk factor for progression of MGUS and as a prognostic marker in myeloma patients [12,13]. In a proof of principle approach, we further investigated a potential diagnostic role of HLC assays in disease monitoring focussing on ScTx IIMM patients. The two patients who achieved an IFE-negative remission had normal HLC ratios (Figure 5C - D); those who failed to achieve IFE-negative remission revealed HLC ratios never reaching reference range (Figure 5A - B). On the basis of normalization of SPE and total IgA concentration in P1 and P2 without evidence of complete remission and the fact that interpretation of total IgA concentration is hindered by overlap between monoclonal and polyclonal background [14], one could speculate that especially the HLC IgA assay may be applied for disease monitoring. We were not able to include transplant patients with IIMM type IgM. Therefore, a diagnostic potential of HLC IgM assays in disease monitoring as illustrated in a recent publication [15] could not be investigated.

A considerable limitation of the present study is our focus on patient sera characterized by a monoclonal band in IFE. Based on this approach, we were not able to investigate whether HLC assays may detect monoclonality in a portion of patient samples characterized by the absence of MPs in IFE. Obviously, based on the low number of ScTx patients included, our conclusion based on the data suggesting a potential role of the HLC IgA assay in disease monitoring is very preliminary and needs further validation.

In conclusion, our comprehensive study including validation of analytical and diagnostic performance of all available HLC assays performed in a clinical setting demonstrated quality criteria suitable for routine application. However, due to limited diagnostic performance especially of the HLC IgG assay, combined application of HLC assays does not represent an alternative to IFE in first line diagnostics. Our preliminary data suggest a diagnostic utility in disease monitoring especially for the HLC IgA assay, which must be confirmed in subsequent large-scale clinical studies.

Acknowledgement:

Specific contributions of authors to the work:

- Jacqueline Eckold, Wolfram Poenisch, Tim Drogies, and Mathias Bruegel were directly involved in the practical implementation of the present project
- Jacqueline Eckold, Wolfram Poenisch, Juergen Kratzsch, Joachim Thiery, and Mathias Bruegel were involved in designing the study
- Jacqueline Eckold, Juergen Kratzsch, and Mathias Bruegel analysed the data

- Jacqueline Eckold, Juergen Kratzsch, Daniel Teupser, and Mathias Bruegel wrote the manuscript
- We thank the Binding Site for providing the Hevylite™ chain assays for the validation studies.

Declaration of Interest:

There are no conflicts of interest for any of the authors.

References:

1. Palumbo A, Anderson K. Multiple myeloma. *N Engl J Med* 2011; 364:1046-60.
2. Katzmann JA, Kyle RA, Benson J, et al. Screening panels for detection of monoclonal gammopathies. *Clin Chem* 2009;55:1517-22.
3. Pratt G. The evolving use of serum free light chain assays in haematology. *Br J Haematol* 2008;141:413-22.
4. Dimopoulos M, Kyle R, Fermand JP, et al. Consensus recommendations for standard investigative workup: report of the International Myeloma Workshop Consensus Panel 3. *Blood* 2011;117:4701-5.
5. Katzmann JA, Dispenzieri A, Kyle RA, et al. Elimination of the need for urine studies in the screening algorithm for monoclonal gammopathies by using serum immunofixation and free light chain assays. *Mayo Clin Proc* 2006;81:1575-8.
6. Davids MS, Murali MR, Kuter DJ. Serum free light chain analysis. *Am J Hematol* 2010;85:787-90.
7. Bradwell AR, Harding SJ, Fourrier NJ, et al. Assessment of monoclonal gammopathies by nephelometric measurement of individual immunoglobulin kappa/lambda ratios. *Clin Chem* 2009;55:1646-55.
8. Greipp PR, San Miguel J, Durie BG, et al. International staging system for multiple myeloma. *J Clin Oncol* 2005;23:3412-20.
9. Dimopoulos MA, Barlogie B, Smith TL, Alexanian R. High serum lactate dehydrogenase level as a marker for drug resistance and short survival in multiple myeloma. *Ann Intern Med* 1991; 115:931-5.
10. Wolff F, Debaugnies F, Rozel L, et al. Assessment of the diagnostic performances of IgA heavy and light chain pairs in patients with IgA monoclonal gammopathy. *Clin Biochem* 2013;46:79-84.
11. Criteria for the classification of monoclonal gammopathies, multiple myeloma and related disorders: a report of the International Myeloma Working Group. *Br J Haematol* 2003;121:749-57.
12. Katzmann JA, Clark R, Kyle RA, et al. Suppression of uninvolved immunoglobulins defined by heavy/light chain pair suppression is a risk factor for progression of MGUS. *Leukemia* 2013;27:208-12.
13. Bradwell A, Harding S, Fourrier N, et al. Prognostic utility of intact immunoglobulin Ig κ/Ig λ ratios in multiple myeloma patients. *Leukemia* 2013;27:202-7.
14. Paiva B, Martinez-Lopez J, Vidrales MB, et al. Comparison of immunofixation, serum free light chain, and immunophenotyping for response evaluation and prognostication in multiple myeloma. *J Clin Oncol* 2011;29:1627-33.

15. Leleu X, Koulieris E, Maltezas D, et al. Novel M-component based biomarkers in Waldenström's macroglobulinemia. Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2011;11:164-7.

Correspondence:

Mathias Bruegel, MD
Institute of Laboratory Medicine
Ludwig-Maximilians-University Munich
Marchioninistrasse 15
81377 Munich, Germany
Phone: +49 89 4400 73220/73209
Fax: +49 89 4400 78888
Email: mathias.bruegel@med.uni-muenchen.de

3 Aktuelle Anwendung und klinische Bedeutung des Hevylite® Immunoassays in der Erstdiagnostik und Beurteilung im Krankheitsverlauf Monoklonaler Gammopathien

In der Erstliniendiagnostik wird die Kombination aus SPE, IFE und FLC-Assay im Serum zur Detektion von MP empfohlen. [33, 34] Trotz zufriedenstellender Ergebnisse im Screening sind der Nachweis und eine präzise Quantifizierung von MP nicht immer einfach. Die SPE ist durch eine unzureichende Empfindlichkeit für niedrige MP-Konzentrationen und den fehlenden Nachweis an FLC limitiert. [43] Zwar erlaubt die IFE eine hochsensitive Detektion von MP nach ihrem Schwerketten- und Leichtkettentyp und mit Hilfe des FLC-Assays kann die Serumkonzentration von FLC zusätzlich mit einer hohen Sensitivität bestimmt werden, jedoch erlaubt kein Testverfahren eine genaue Quantifizierung von monoklonalen intakten AK, insbesondere in niedrigen Konzentrationsbereichen. [36] Der FLC-Assay ermöglicht eine zuverlässige leichtkettenspezifische Quantifizierung von Ig entsprechend der Subtypen IgA, IgG und IgM und gibt einen Basiswert für die weitere Verlaufskontrolle an. Der automatisierte Immunoassay liefert zudem reproduzierbare Ergebnisse im Vergleich zur zeitaufwendigen subjektiven Auswertung elektrophoretischer Messverfahren. [53, 60, 61]

Zur Beurteilung der Tumoraktivität im Krankheitsverlauf von Patienten mit MM oder MW werden laut internationalen Richtlinien neben der SPE zusätzlich nephelometrische Immunoassays empfohlen. [45, 52] Jedoch weisen beide Testverfahren dokumentierte Limitationen auf. Die SPE zeigt Ungenauigkeiten in der densitometrischen Quantifizierung sowohl in hohen als auch in niedrigen Konzentrationsbereichen und Eiweißüberlagerungen können die Empfindlichkeit zusätzlich beschränken. [43] In diesen Fällen wird ergänzend eine Ig-Gesamtmessung mit herkömmlichen nephelometrischen Analysen eingesetzt. [56] Diese Methode erlaubt jedoch keine Aussage zur Klonalität von AK. Der FLC-Assay kann unabhängig von anderen Eiweißkomponenten im Serum auch bei unklaren SPE-Befunden und niedrigen Ig-Konzentrationen MP präzise quantifizieren. [53, 44, 60, 62] Insbesondere bei der Überwachung von Patienten mit IgA-MM hat sich der FLC-Assay bewährt. Üblicherweise wird bei unklaren Befunden in der SPE ergänzend eine Kombination aus nephelometrischer Analyse zur IgA-Quantifizierung und einer IFE zum Nachweis der Monoklonalität angewandt. [41] Mit Hilfe des FLC-IgA-Assays kann sowohl eine präzise Quantifizierung der MP als auch eine Aussage zur Klonalität getroffen werden, so dass die Kombination aus SPE, Nephelometrie und IFE bei der Überwachung dieser Patientengruppe im Krankheitsverlauf durch den automatisierten Immunoassay ersetzt werden kann. [63, 64]

Obwohl sich der Test in Studien bewiesen hat, wurde der HLC-IgA-Assay aktuell noch nicht in die Leitlinien aufgenommen.

Darüber hinaus ermöglicht der Hevylite® Immunoassay eine Quantifizierung des nicht-involvierten polyklonalen Ig-Isotyps und kann eine durch den Tumor bedingte isotypische Immunsuppression anzeigen, was bisher durch die verfügbaren Messverfahren nicht möglich war. [59] Die dadurch zusätzlich gewonnenen Informationen zeigen entscheidende Möglichkeiten in der Krankheitsüberwachung. Studien belegen, dass die isotypische Immunsuppression ein Rezidiv im Vergleich zu den etablierten IMWG-Antwortkriterien früher erkennen kann. [65, 66] In einzelnen Fällen ließ sich eine anormale HLC-Ratio aufgrund der Reduktion des nicht-involvierten Ig nachweisen, noch bevor ein Anstieg des MP mittels SPE und IFE nachgewiesen werden konnte. [66] Die isotypische Immunsuppression kann zudem Hinweis auf eine minimale Resterkrankung (MRD) sein. [60] Bei vielen MM-Patienten, die laut IMWG-Kriterien eine kompletter Remission erreicht haben, lassen sich mit Hilfe von aufwendigen Untersuchungen des KM (Durchflusszytometrie, molekulare Diagnostik) noch vereinzelt Tumorzellen nachweisen. [41] Die Arbeitsgruppe um Michallet konnte eine Korrelation zwischen normaler bzw. anormaler HLC-Ratio und negativen bzw. positiven MRD-Status zeigen. Es wird also diskutiert, dass spezielle Untersuchungen zur Ermittlung einer MRD erst nach Erreichen einer normalen HLC-Ratio durchgeführt werden sollten. [67] Bradwell et al. diskutierte bereits 2009, dass eine zuverlässige Beurteilung der Tumoraktivität durch Bestimmung der MP-Konzentration nur bedingt möglich ist. [58] Die Ig-Serumkonzentration wird im Krankheitsverlauf von Patienten mit MM oder MW teilweise durch starke Schwankungen des Hämatokrits und Plasmavolumens beeinflusst. [68] Zudem konnte gezeigt werden, dass die Zunahme der IgG-Konzentration kompensatorisch zu einem schnelleren Abbau dieser IgG-Moleküle führt und folglich die tumorbedingte Ig-Produktion aufgrund der variablen HWZ nicht eindeutig erfasst werden kann. [69] Veränderungen der Bluteigenschaften und variable IgG-Abbauraten wirken sich jedoch nicht auf das Verhältnis zwischen den Ig κ /Ig λ -Paaren aus, so dass die HLC-Ratio besser mit Tumoraktivität korreliert als Absolutkonzentrationen von MP. [58, 70, 71, 72]

Der HLC-Assay kann zusätzlich von prognostischem Nutzen sein. Nach Ergebnissen verschiedener Studien korreliert eine starke anormale HLC-Ratio insbesondere durch die Reduktion des nicht involvierten Ig-Isotyps mit einem kürzeren Überleben von MM-Patienten. [73, 74, 75, 76, 77] Zusätzlich konnte bei MGUS-Patienten gezeigt werden, dass die Unterdrückung des isotypspezifischen nicht-involvierten Ig mit einem erhöhten Risiko zur Progression in eine maligne Plasmazellerkrankung assoziiert ist. [59] Damit bietet die

isotypische Immunsuppression einen zusätzlichen unabhängigen Risikofaktor für Progression von MGUS-Patienten und erlaubt eine differenziertere Risikostratifizierung.

4 Zusammenfassung der Arbeit

Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades:

Dr. med.

Validierung des Hevylite[®] Immunoassays in der Diagnostik Monoklonaler Gammopathien

eingereicht von:

Jacqueline Eckold

angefertigt an:

der Universität Leipzig, Medizinische Fakultät, Institut für Laboratoriumsmedizin, Klinische Chemie und Molekulare Diagnostik

betreut von:

Dr. med. Mathias Brügel

Prof. Dr. med. Joachim Thiery

Februar 2018

Der Nachweis von monoklonalen Proteinen ist integraler Bestandteil der Diagnose und Krankheitsüberwachung von Monoklonalen Gammopathien. [12] Vorangegangene Studien konnten zeigen, dass die kombinierte Anwendung von elektrophoretischen Messverfahren und einem Immunoassay zur Bestimmung freier κ - und λ -Leichtketten im Serum notwendig ist, um monoklonale Proteine sensitiv zu detektieren und präzise zu quantifizieren. [33, 41] Der seit 2009 verfügbare Hevylite[®] Immunoassay (HLC-Assay, Binding Site Group Ltd, Birmingham UK) ermöglicht die leichtkettenspezifische Bestimmung und Quantifizierung von intakten Immunglobulinen (Ig) der Klassen IgA, IgG und IgM im Serum und bietet damit erstmals die Möglichkeit zur Beurteilung der Klonalität durch Berechnung des Verhältnisses von Ig κ zu Ig λ innerhalb eines Immunglobulin-Paares (HLC-Ratio). [58]

Die vorliegende Arbeit befasst sich im ersten Schritt mit der methodischen Validierung des Testverfahrens für die Immunglobulin-Subklassen IgA, IgG und IgM. Das zentrale Ziel dieser

Studie war der Vergleich des Hevylite® Immunoassays mit aktuell etablierten Messverfahren im Nachweis von monoklonalen Proteinen im Serum von Patienten mit Monoklonaler Gammopathie. Unser Gedanke war, dass eine Äquivalenz der automatisierten Analytik von leichtkettenspezifischen Immunglobulinen mit der Immunfixationselektrophorese als Referenztest bei der Detektion von monoklonalen Proteinen eine reduzierte Anwendung aufwendiger elektrophoretischer Methoden erlaubt. Darüber hinaus untersuchten wir das klinische Potential des HLC-Assays im Vergleich mit derzeit validierten Markern zur Beurteilung der Tumorlast im Krankheitsverlauf von Patienten mit Multiplen Myelom.

Für die Bewertung der analytischen Qualität des Hevylite® Immunoassays untersuchten wir Intra- und Interassay-Präzision, Linearität, Genauigkeit, Sensitivität und Spezifität für die Immunglobulin-Subklassen IgA, IgG und IgM. Unsere erhobenen Daten zeigen in Übereinstimmung mit anderen Publikationen sehr gute analytische Leistungsmerkmale für alle sechs HLC-Assays. [58, 61] In Ergänzung zu den ersten Untersuchungen von Bradwell et al. konnten wir keine Beeinflussung der Testergebnisse durch Rheumafaktoren als möglichen Störfaktor für den Immunoassay nachweisen.

Für den Sensitivitätsvergleich wurden in einem zweiten Schritt 156 Patientenseren mit gesicherter Monoklonaler Gammopathie durch eindeutigen Nachweis einer monoklonalen Bande in der Immunfixationselektrophorese mit dem Hevylite® Immunoassay untersucht. Unsere Ergebnisse zeigen eine sehr hohe Vergleichbarkeit zwischen HLC-IgA- und HCL-IgM-Assay gegenüber der Immunfixationselektrophorese. Demgegenüber zeigt der HCL-IgG-Assay eine begrenzte diagnostische Empfindlichkeit, wie erstmals von Bradwell et al. beschrieben wurde. [58, 53] Nicht alle Patientenseren mit monoklonalen Protein vom Typ IgG in der Immunfixationselektrophorese ließen sich durch ein anormales IgGκ/IgGλ-Verhältnis identifizieren. Der diagnostische Sensitivitätsvergleich von HLC-IgMλ-Assay konnte aufgrund fehlender Patientenproben nur bedingt untersucht werden.

Für die Einschätzung des Hevylite® Immunoassays als Parameter zur Beurteilung der Tumoraktivität im Krankheitsverlauf wurden nachfolgende Seren von 4 Patienten mit Multiplen Myelom nach Stammzelltransplantation über einen Zeitraum von 1 ½ Jahren gesammelt und die Ergebnisse des HLC-Assays mit konventionellen Markern (Immunfixationselektrophorese, Serumeiweißelektrophorese, nephelometrische Gesamt-Ig-Messung) verglichen. In 2 Fällen von Patienten mit Multiplen Myelom Typ IgA zeigte die HLC-Ratio trotz fehlendem Nachweis von monoklonalen Proteinen mittels Serumeiweißelektrophorese und Normalisierung der Gesamt-IgA-Konzentration im

Krankheitsverlauf in Übereinstimmung mit der Immunfixationselektrophorese weiterhin Monoklonalität an, was auf eine unvollständige Remission hindeutet. Eine Krankheitsprogression war mit dem Wiederauftreten von monoklonalen Banden in der Serumeiweißelektrophorese assoziiert und zeigte sich ebenso in einer stärkeren Abweichung der HLC-Ratio vom Referenzbereich wieder. Darüber hinaus ließ sich bei 2 weiteren Patienten mit Multiplen Myelom Typ IgA und IgG nach Stammzelltransplantation im Verlauf kein monoklonales Protein mehr mit der hochsensitiven Immunfixationselektrophorese nachweisen. In beiden Fällen zeigte der Hevylite® Immunoassay eine Normalisierung der HLC-Ratio an.

Zusammenfassend belegen unsere Daten analytische Leistungsmerkmale für alle aktuell verfügbaren HLC-Assays, die eine Anwendung in der Routinediagnostik erlauben. In der Detektion von monoklonalen Proteinen zeigt der Immunoassay vergleichbare Ergebnisse gegenüber etablierten Messverfahren. Jedoch entsteht durch die Limitation des Hevylite®-IgG-Assays eine diagnostische Lücke, so dass die kombinierte Anwendung aller HCL-Assays die Immunfixationselektrophorese als Goldstandart zum Nachweis von monoklonalen Proteinen nicht ersetzen kann. Unsere Studie schloss nur Patientenseren mit eindeutiger monoklonaler Bande in der Immunfixationselektrophorese ein. Aufgrund dessen konnten wir das mögliche Potential des Hevylite® Immunoassays bei Patientenproben mit unklarer oder fehlender monoklonaler Bande in der Immunfixationselektrophore nicht weiter untersuchen.

Darüber hinaus konnten wir das Potential in der Krankheitsüberwachung als alleinige Messmethode durch auserwählte Krankheitsverläufe von Patienten mit Multiplen Myelom zeigen. Unsere Befunde unterstützen die Ergebnisse verschiedener Arbeitsgruppen und belegen ebenfalls den Nutzen insbesondere des Hevylite®-IgA-Assays in der Krankheitsüberwachung von Patienten mit Multiplen Myelom Typ IgA als Alternative zu aufwendigen elektrophoretischen Messverfahren. [44, 60, 64, 63, 71] Unsere Studie schloss keine Patienten mit Multiplen Myelom Typ IgM oder Morbus Waldenström ein. Daher konnte ein diagnostisches Potential von HLC-IgM-Assays bei der Krankheitsüberwachung, wie es in neueren Veröffentlichungen dargestellt wurde, nicht durch uns untersucht werden. [61, 62]

Literaturverzeichnis

1. Kyle, R. A.: The monoclonal gammopathies. *Clinical chemistry* 40 (1994), 2154–2161.
2. Padlan, E. A.: Anatomy of the antibody molecule. *Molecular immunology* 31 (1994), 169–217.
3. Knudsen, L. M.; Hippe, E.; Hjorth, M., et al.: Renal function in newly diagnosed multiple myeloma--a demographic study of 1353 patients. The Nordic Myeloma Study Group. *European journal of haematology* 53 (1994), 207–212.
4. Gerecke, C.; Fuhrmann, S.; Striffler, S., et al.: The Diagnosis and Treatment of Multiple Myeloma. *Deutsches Arzteblatt international* 113 (2016), 470–476.
5. Landgren, O.; Graubard, B. I.; Katzmann, J. A., et al.: Racial disparities in the prevalence of monoclonal gammopathies. A population-based study of 12,482 persons from the National Health and Nutritional Examination Survey. *Leukemia* 28 (2014), 1537–1542.
6. Kyle, R. A.; Gertz, M. A.; Witzig, T. E., et al.: Review of 1027 patients with newly diagnosed multiple myeloma. *Mayo Clinic proceedings* 78 (2003), 21–33.
7. Palumbo, A.; Anderson, K.: Multiple myeloma. *The New England journal of medicine* 364 (2011), 1046–1060.
8. Wang, H.; Chen, Y.; Li, F., et al.: Temporal and geographic variations of Waldenstrom macroglobulinemia incidence. A large population-based study. *Cancer* 118 (2012), 3793–3800.
9. Rajkumar, S. V.; Dispenzieri, A.; Kyle, R. A.: Monoclonal gammopathy of undetermined significance, Waldenström macroglobulinemia, AL amyloidosis, and related plasma cell disorders. Diagnosis and treatment. *Mayo Clinic proceedings* 81 (2006), 693–703.
10. Kyle, R. A.; Therneau, T. M.; Rajkumar, S. V., et al.: Prevalence of monoclonal gammopathy of undetermined significance. *The New England journal of medicine* 354 (2006), 1362–1369.
11. Harris, N. L.; Jaffe, E. S.; Diebold, J., et al.: The World Health Organization classification of neoplasms of the hematopoietic and lymphoid tissues. Report of the Clinical Advisory Committee meeting--Airlie House, Virginia, November, 1997. *The hematology journal : the official journal of the European Haematology Association* 1 (2000), 53–66.
12. Rajkumar, S. V.; Dimopoulos, M. A.; Palumbo, A., et al.: International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. *The Lancet. Oncology* 15 (2014), e538-48.
13. International Myeloma Working Group: Criteria for the classification of monoclonal gammopathies, multiple myeloma and related disorders. A report of the International Myeloma Working Group. *British journal of haematology* 121 (2003), 749–757.
14. Kyle, R. A.: Monoclonal gammopathy of undetermined significance. Natural history in 241 cases. *The American journal of medicine* 64 (1978), 814–826.
15. Dispenzieri, A.; Katzmann, J. A.; Kyle, R. A., et al.: Prevalence and risk of progression of light-chain monoclonal gammopathy of undetermined significance. A retrospective population-based cohort study. *Lancet (London, England)* 375 (2010), 1721–1728.

16. Landgren, O.; Kyle, R. A.; Pfeiffer, R. M., et al.: Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) consistently precedes multiple myeloma. A prospective study. *Blood* 113 (2009), 5412–5417.
17. Kyle, R. A.; Therneau, T. M.; Rajkumar, S. V., et al.: A long-term study of prognosis in monoclonal gammopathy of undetermined significance. *The New England journal of medicine* 346 (2002), 564–569.
18. Kyle, R. A.; Remstein, E. D.; Therneau, T. M., et al.: Clinical course and prognosis of smoldering (asymptomatic) multiple myeloma. *The New England journal of medicine* 356 (2007), 2582–2590.
19. Kyle, R. A.; Durie, B. G. M.; Rajkumar, S. V., et al.: Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) and smoldering (asymptomatic) multiple myeloma. IMWG consensus perspectives risk factors for progression and guidelines for monitoring and management. *Leukemia* 24 (2010), 1121–1127.
20. Rajkumar, S. V.; Kyle, R. A.; Therneau, T. M., et al.: Serum free light chain ratio is an independent risk factor for progression in monoclonal gammopathy of undetermined significance. *Blood* 106 (2005), 812–817.
21. Bladé, J.; Kyle, R. A.: Nonsecretory myeloma, immunoglobulin D myeloma, and plasma cell leukemia. *Hematology/oncology clinics of North America* 13 (1999), 1259–1272.
22. Raubenheimer, E. J.; Dauth, J.; Senekal, J. C.: Non-secretory IgA kappa myeloma with distended endoplasmic reticulum. A case report. *Histopathology* 19 (1991), 380–382.
23. Weber, D. M.: Solitary bone and extramedullary plasmacytoma. *Hematology. American Society of Hematology. Education Program* (2005), 373–376.
24. Merlini, G.; Seldin, D. C.; Gertz, M. A.: Amyloidosis. Pathogenesis and new therapeutic options. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology* 29 (2011), 1924–1933.
25. Desport, E.; Bridoux, F.; Sirac, C., et al.: AL amyloidosis. *Orphanet journal of rare diseases* 7 (2012), 54.
26. Sawyer, J. R.: The prognostic significance of cytogenetics and molecular profiling in multiple myeloma. *Cancer genetics* 204 (2011), 3–12.
27. Kariyawasan, C. C.; Hughes, D. A.; Jayatilake, M. M., et al.: Multiple myeloma. Causes and consequences of delay in diagnosis. *QJM : monthly journal of the Association of Physicians* 100 (2007), 635–640.
28. Callander, N. S.; Roodman, G. D.: Myeloma bone disease. *Seminars in hematology* 38 (2001), 276–285.
29. Roodman, G. D.: Pathogenesis of myeloma bone disease. *Leukemia* 23 (2009), 435–441.
30. Pratt, G.; Goodyear, O.; Moss, P.: Immunodeficiency and immunotherapy in multiple myeloma. *British journal of haematology* 138 (2007), 563–579.
31. Hutchison, C. A.; Batuman, V.; Behrens, J., et al.: The pathogenesis and diagnosis of acute kidney injury in multiple myeloma. *Nature reviews. Nephrology* 8 (2011), 43–51.
32. Kwaan, H. C.: Hyperviscosity in plasma cell dyscrasias. *Clinical hemorheology and microcirculation* 55 (2013), 75–83.
33. Katzmman, J. A.; Kyle, R. A.; Benson, J., et al.: Screening panels for detection of monoclonal gammopathies. *Clinical chemistry* 55 (2009), 1517–1522.

34. Willrich, M. A. V.; Katzmann, J. A.: Laboratory testing requirements for diagnosis and follow-up of multiple myeloma and related plasma cell dyscrasias. *Clinical chemistry and laboratory medicine* 54 (2016), 907–919.
35. Dispenzieri, A.; Kyle, R.; Merlini, G., et al.: International Myeloma Working Group guidelines for serum-free light chain analysis in multiple myeloma and related disorders. *Leukemia* 23 (2009), 215–224.
36. Bradwell, A. R.; Carr-Smith, H. D.; Mead, G. P., et al.: Highly sensitive, automated immunoassay for immunoglobulin free light chains in serum and urine. *Clinical chemistry* 47 (2001), 673–680.
37. Pratt, G.: The evolving use of serum free light chain assays in haematology. *British journal of haematology* 141 (2008), 413–422.
38. Davids, M. S.; Murali, M. R.; Kuter, D. J.: Serum free light chain analysis. *American journal of hematology* 85 (2010), 787–790.
39. Drayson, M.; Tang, L. X.; Drew, R., et al.: Serum free light-chain measurements for identifying and monitoring patients with nonsecretory multiple myeloma. *Blood* 97 (2001), 2900–2902.
40. Palladini, G.; Russo, P.; Bosoni, T., et al.: Identification of amyloidogenic light chains requires the combination of serum-free light chain assay with immunofixation of serum and urine. *Clinical chemistry* 55 (2009), 499–504.
41. Kumar, S.; Paiva, B.; Anderson, K. C., et al.: International Myeloma Working Group consensus criteria for response and minimal residual disease assessment in multiple myeloma. *The Lancet. Oncology* 17 (2016), e328-e346.
42. Attaelmannan, M.; Levinson, S. S.: Understanding and identifying monoclonal gammopathies. *Clinical chemistry* 46 (2000), 1230–1238.
43. Keren, D. F.; Schroeder, L.: Challenges of measuring monoclonal proteins in serum. *Clinical chemistry and laboratory medicine* 54 (2016), 947–961.
44. Evans, J. A. R.; Jenner, E. L.; Carr Smith, H. D., et al.: Quantification of β -region IgA monoclonal proteins - should we include immunochemical Hevylite® measurements? *Point. Clinical chemistry and laboratory medicine* 54 (2016), 1053–1057.
45. Durie, B. G. M.; Harousseau, J.-L.; Miguel, J. S., et al.: International uniform response criteria for multiple myeloma. *Leukemia* 20 (2006), 1467–1473.
46. Sthaneshwar, P.; Nadarajan, V.; Maniam, J. A. S., et al.: Serum free light chains. Diagnostic and prognostic value in multiple myeloma. *Clinical chemistry and laboratory medicine* 47 (2009), 1101–1107.
47. Snozek, C. L. H.; Katzmann, J. A.; Kyle, R. A., et al.: Prognostic value of the serum free light chain ratio in newly diagnosed myeloma. Proposed incorporation into the international staging system. *Leukemia* 22 (2008), 1933–1937.
48. Te Velthuis, H.; Knop, I.; Stam, P., et al.: N Latex FLC - new monoclonal high-performance assays for the determination of free light chain kappa and lambda. *Clinical chemistry and laboratory medicine* 49 (2011), 1323–1332.
49. Hoedemakers, R. M. J.; Pruijt, J. F. M.; Hol, S., et al.: Clinical comparison of new monoclonal antibody-based nephelometric assays for free light chain kappa and lambda to polyclonal antibody-based assays and immunofixation electrophoresis. *Clinical chemistry and laboratory medicine* 50 (2011), 489–495.

50. Sasson, S. C.; McGill, K.; Wienholt, L., et al.: Comparison of the Freelite serum free light chain (SFLC) assay with serum and urine electrophoresis/immunofixation and the N Latex FLC assay. *Pathology* 47 (2015), 564–569.
51. Rajkumar, S. V.; Harousseau, J.-L.; Durie, B., et al.: Consensus recommendations for the uniform reporting of clinical trials. Report of the International Myeloma Workshop Consensus Panel 1. *Blood* 117 (2011), 4691–4695.
52. Dimopoulos, M.; Kyle, R.; Fermand, J.-P., et al.: Consensus recommendations for standard investigative workup. Report of the International Myeloma Workshop Consensus Panel 3. *Blood* 117 (2011), 4701–4705.
53. Keren, D. F.: Heavy/Light-chain analysis of monoclonal gammopathies. *Clinical chemistry* 55 (2009), 1606–1608.
54. Murray, D. L.; Ryu, E.; Snyder, M. R., et al.: Quantitation of serum monoclonal proteins. Relationship between agarose gel electrophoresis and immunonephelometry. *Clinical chemistry* 55 (2009), 1523–1529.
55. Riches, P. G.; Sheldon, J.; Smith, A. M., et al.: Overestimation of monoclonal immunoglobulin by immunochemical methods. *Annals of clinical biochemistry* 28 (Pt 3) (1991), 253–259.
56. Ludwig, H.; Miguel, J. S.; Dimopoulos, M. A., et al.: International Myeloma Working Group recommendations for global myeloma care. *Leukemia* 28 (2014), 981–992.
57. Binding Site Group Ltd, Birmingham UK: Was ist Hevylite? <http://www.bindingsite.com/de-de/discover/freelite-and-hevylite/hevylite/what-is-hevylite/what-is-hevylite>, 02.12.2017.
58. Bradwell, A. R.; Harding, S. J.; Fourrier, N. J., et al.: Assessment of monoclonal gammopathies by nephelometric measurement of individual immunoglobulin kappa/lambda ratios. *Clinical chemistry* 55 (2009), 1646–1655.
59. Katzmann, J. A.; Clark, R.; Kyle, R. A., et al.: Suppression of uninvolved immunoglobulins defined by heavy/light chain pair suppression is a risk factor for progression of MGUS. *Leukemia* 27 (2013), 208–212.
60. Ludwig, H.; Milosavljevic, D.; Zojer, N., et al.: Immunoglobulin heavy/light chain ratios improve paraprotein detection and monitoring, identify residual disease and correlate with survival in multiple myeloma patients. *Leukemia* 27 (2013), 213–219.
61. Boyle, E.; Manier, S.; Lejeune, J., et al.: IgM κ and IgM λ Measurements for the Assessment of Patients with Waldenström's Macroglobulinaemia. *Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research* 22 (2016), 5152–5158.
62. Leleu, X.; Koulrieris, E.; Maltezas, D., et al.: Novel M-component based biomarkers in Waldenström's macroglobulinemia. *Clinical lymphoma, myeloma & leukemia* 11 (2011), 164–167.
63. Katzmann, J. A.; Willrich, M. A. V.; Kohlhagen, M. C., et al.: Monitoring IgA multiple myeloma. Immunoglobulin heavy/light chain assays. *Clinical chemistry* 61 (2015), 360–367.
64. Boyle, E. M.; Fouquet, G.; Guidez, S., et al.: IgA kappa/IgA lambda heavy/light chain assessment in the management of patients with IgA myeloma. *Cancer* 120 (2014), 3952–3957.

65. Boyle, E.; Fouquet, G.; Lejeune, J., et al.: Can Assessment of Patient Monoclonal Immunoglobulins By Heavy/Light Analysis be Used to Assign Patient Responses Analogous to IMWG Response Criteria? Orlando 2015.
66. Fouquet, G.; Snell, K. I.; Guidez, S., et al.: Heavy + light chain analysis to assign myeloma response is analogous to the IMWG response criteria. *Leukemia & lymphoma* (2017), 1–7.
67. Michallet, M.; Chapuis-Cellier, C.; Dejoie, T., et al.: Heavy+light chain monitoring correlates with clinical outcome in multiple myeloma patients. *Leukemia* (2017).
68. Alexanian, R.: Blood volume in monoclonal gammopathy. *Blood* 49 (1977), 301–307.
69. Kim, J.; Hayton, W. L.; Robinson, J. M., et al.: Kinetics of FcRn-mediated recycling of IgG and albumin in human. Pathophysiology and therapeutic implications using a simplified mechanism-based model. *Clinical immunology (Orlando, Fla.)* 122 (2007), 146–155.
70. Espiño, M.; Arteché-López, A.; Medina, S., et al.: Involved/uninvolved heavy/light chain index can predict progression in transplanted multiple myeloma patients. *Bone marrow transplantation* 52 (2017), 1206–1207.
71. Greil, C.; Ihorst, G.; Gaiser, F., et al.: The serum heavy/light chain immunoassay. A valuable tool for sensitive paraprotein assessment, risk and disease monitoring in monoclonal gammopathies. *European journal of haematology* (2017).
72. Batinić, J.; Perić, Z.; Šegulja, D., et al.: Immunoglobulin heavy/light chain analysis enhances the detection of residual disease and monitoring of multiple myeloma patients. *Croatian Medical Journal* 56 (2015), 263–271.
73. Bradwell, A.; Harding, S.; Fourrier, N., et al.: Prognostic utility of intact immunoglobulin Ig'κ/Ig'λ ratios in multiple myeloma patients. *Leukemia* 27 (2013), 202–207.
74. Ludwig, H.; Milosavljevic, D.; Berlanga, O., et al.: Suppression of the noninvolved pair of the myeloma isotype correlates with poor survival in newly diagnosed and relapsed/refractory patients with myeloma. *American journal of hematology* 91 (2016), 295–301.
75. Koulieris, E.; Panayiotidis, P.; Harding, S. J., et al.: Ratio of involved/uninvolved immunoglobulin quantification by Hevylite™ assay. Clinical and prognostic impact in multiple myeloma. *Experimental hematology & oncology* 1 (2012), 9.
76. Suehara, Y.; Takamatsu, H.; Fukumoto, K., et al.: Abnormal heavy/light chain ratio after treatment is associated with shorter survival in patients with IgA myeloma. *Cancer science* 108 (2017), 187–192.
77. Harutyunyan, N. M.; Vardanyan, S.; Ghermezi, M., et al.: Levels of uninvolved immunoglobulins predict clinical status and progression-free survival for multiple myeloma patients. *British journal of haematology* 174 (2016), 81–87.

Anlagen

Darstellung des eigenen Beitrags

Publikation: <i>Analytical performance and diagnostic potential of immunoassays determining intact immunoglobulin kappa/lambda ratios in monoclonal gammopathies</i>							
Beteiligt an:	Autoren						
	Jacqueline Eckold ¹	Wolfram Pönisch ²	Tim Drogies ¹	Jürgen Kratzsch ¹	Daniel Teupser ^{1,3}	Joachim Thiery ¹	Mathias Brügel ^{1,3}
Konzeption des Forschungsansatzes	x	x				x	x
Planung Untersuchungen	x	x	x	x		x	x
Datenerhebung	x						
Datenanalyse und -interpretation	x		x	x			x
Schreiben des Manuskripts	x			x	x		x

¹ Institut für Laboratoriumsmedizin, Klinische Chemie und Molekulare Diagnostik, Universitätsklinikum Leipzig

² Klinik für Hämatologie und Internistische Onkologie, Universitätsklinikum Leipzig

³ Institut für Laboratoriumsmedizin, Klinikum der Universität München, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München

Ich bin mit der Abfassung der Dissertation als publikationsbasiert einverstanden und bestätige die Darstellung des wissenschaftlichen Anteils der Doktorandin, Frau Jacqueline Eckold, an der verwendeten Publikation.

Prof. Dr. med. Joachim Thiery

Leipzig, 25.01.18

Ort, Datum

Unterschrift

Dr. med. Mathias Brügel

Bonn, 20.02.18

Ort, Datum

Unterschrift

Prof. Dr. med. Daniel Teupser

München, 20.12.17

Ort, Datum

Unterschrift

A

Within-day Reproducibility					Between-day Reproducibility			
	Mean +/- SD (g/L)	CV (%)	Mean +/- SD (g/L)	CV (%)	Mean +/- SD (g/L)	CV (%)	Mean +/- SD (g/L)	CV (%)
Range (g/L)	HLC IgA κ		HLC IgA λ		HLC IgA κ		HLC IgA λ	
11.2 – 44.8	12.6 +/- 0.74	2.97	28.9 +/- 2.38	4.13	12.9 +/- 0.82	3.17	30.8 +/- 3.32	5.39
2.24 – 11.2	9.60 +/- 0.76	3.98	10.4 +/- 0.92	4.42	9.68 +/- 0.86	4.47	10.5 +/- 0.50	2.73
0.56 – 2.24	1.89 +/- 0.06	1.47	1.08 +/- 0.08	3.42	1.96 +/- 0.18	4.33	1.10 +/- 0.12	5.53
< 0.56	0.16 +/- 0.02	4.37	0.12 +/- 0.02	11.1	0.21 +/- 0.08	19.0	0.10 +/- 0.02	11.8

B

Range (g/L)	HLC IgG κ		HLC IgG λ		HLC IgG κ		HLC IgG λ	
11.2 – 44.8	25.0 +/- 1.14	2.28	26.0 +/- 0.40	0.77	25.5 +/- 1.98	3.89	26.0 +/- 0.78	1.50
2.24 – 11.2	9.29 +/- 0.18	1.00	5.89 +/- 0.18	1.55	9.40 +/- 0.32	1.73	6.06 +/- 0.66	5.48
0.56 – 2.24	2.10 +/- 0.16	4.03	2.12 +/- 0.50	11.6	2.10 +/- 0.10	2.24	2.09 +/- 0.34	7.94
< 0.56	0.26 +/- 0.02	3.88	0.48 +/- 0.10	10.0	0.26 +/- 0.01	2.52	0.46 +/- 0.14	15.7

C

Range (g/L)	HLC IgM κ		HLC IgM λ		HLC IgM κ		HLC IgM λ	
11.2 – 44.8	21.2 +/- 0.56	1.32			21.0 +/- 1.28	3.04		
2.24 – 11.2	5.09 +/- 0.14	1.43	4.79 +/- 0.32	3.39	5.22 +/- 0.12	1.06	5.08 +/- 0.68	6.75
0.56 – 2.24	1.39 +/- 0.04	1.40	0.82 +/- 0.02	1.04	1.43 +/- 0.10	3.51	0.82 +/- 0.02	1.63
< 0.56	0.12 +/- 0.01	3.83	0.12 +/- 0.00	1.91	0.12 +/- 0.02	8.55	0.12 +/- 0.00	1.66

Within-day and between-day reproducibility are presented for A) HLC IgA κ and λ assays, B) HLC IgG κ and λ assays and C) HLC IgM κ and λ assays. SD, standard deviation; CV, coefficient of variation

Erklärung über die eigenständige Abfassung der Arbeit

Erklärung über die eigenständige Abfassung der Arbeit Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne unzulässige Hilfe oder Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Ich versichere, dass Dritte von mir weder unmittelbar noch mittelbar eine Vergütung oder geldwerte Leistungen für Arbeiten erhalten haben, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten Dissertation stehen, und dass die vorgelegte Arbeit weder im Inland noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde zum Zweck einer Promotion oder eines anderen Prüfungsverfahrens vorgelegt wurde. Alles aus anderen Quellen und von anderen Personen übernommene Material, das in der Arbeit verwendet wurde oder auf das direkt Bezug genommen wird, wurde als solches kenntlich gemacht. Insbesondere wurden alle Personen genannt, die direkt an der Entstehung der vorliegenden Arbeit beteiligt waren. Die aktuellen gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die Zulassung der klinischen Studien, die Bestimmungen des Tierschutzgesetzes, die Bestimmungen des Gentechnikgesetzes und die allgemeinen Datenschutzbestimmungen wurden eingehalten. Ich versichere, dass ich die Regelungen der Satzung der Universität Leipzig zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis kenne und eingehalten habe.

Ort, Datum

Unterschrift

Lebenslauf

Jacqueline Eckold, geboren am 25.12.1986 in Zwickau

Schule, Studium und Arbeit

seit 07/2014	Assistenzärztin für Innere Medizin (Kardiologie und Pneumologie), Evangelisches Diakonissenkrankenhaus Leipzig
03/2014 – 06/2014	Assistenzärztin für Innere Medizin, Helios Klinik Leisnig
10/2006 – 12/2013	Medizinstudium an der Universität Leipzig
	- Staatsexamen 2013: Note (2,5)
	- Erster Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 2009: Note (3,5)
seit 08/2010	Doktorandin am Institut für Laboratoriumsmedizin, Klinische Chemie und Molekulare Diagnostik der Universität Leipzig
07/2006	Abitur am BSZ für Wirtschaft Zwickau (Note 1,3)
07/2003	Realschulabschluss an der Lessingschule Zwickau (Note 1,3)

Publikation

Eckold J., Pönisch W., Drogies T., Kratzsch J., Teupser D., Thiery J., Brügel M.: Analytical Performance and Diagnostic Potential of Immunoassays Determining Intact Immunoglobulin κ/λ Ratios in Monoclonal Gammopathies. Clinical laboratory 60 (2014), 1491–1500.

Posterpräsentationen

Eckold J., Pönisch W., Kratzsch J., Thiery J., Brügel M.: Analytical Validation of the Hevylite™ IgA Assay for the Diagnosis of Monoclonal Gammopathies. 6th International Symposium in Clinical Applications of Serum Free Light Chain Analysis (Plus Hevylite™), Bath UK 2010.

Eckold J., Pönisch W., Ceglarek U., Kratzsch J., Thiery J., Brügel M.: Analytical Validation of the HevyliteTM IgA and IgG Assay for the Diagnosis of Monoclonal Gammopathies. IFCC WorldLab and EuromedLab, Berlin 2011.

Brügel M., Pönisch W., Kratzsch J., Eckold J., Thiery J.: Analytical Validation of the HevyliteTM IgA Assay for the Diagnosis of Monoclonal Gammopathies. 9th Leipzig Research Festival for Life Sciences, Universität Leipzig 2010.

Danksagung

An erster Stelle gilt mein Dank Herrn Prof. Dr. med. Joachim Thiery für die Überlassung des Promotionsthemas und die Bereitstellung des Arbeitsplatzes. Darüber hinaus danke ich für seine großzügige Unterstützung und für das mir von ihm entgegengebrachte Vertrauen, die er mir während der gesamten Bearbeitungsphase meiner Dissertation zugestanden hat. Besonders danken möchte ich Herrn Dr. med. Mathias Brügel, der diese Arbeit erst möglich machte. Die zahlreichen und unermüdlichen fachlichen Gespräche ließen mich immer wieder neue Aspekte und Ansätze entdecken und waren essenziell für das Gelingen dieser Arbeit. Ohne seiner langjährigen Unterstützung und Geduld hätte ein solcher Arbeitsumfang niemals gelingen können. Großer Dank gilt Herrn Dr. med. Wolfram Pönisch für die große Hilfe durch seine klinische Kompetenz und für die Bereitstellung unentbehrlicher Dokumente. Weiterhin möchte ich mich bei Herrn Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Kratzsch für die kritische Auseinandersetzung mit meinem Themenkomplex und seine konstruktiven Kritik bei der Darstellung unserer erhobenen Daten bedanken. Darüber hinaus danke ich Herrn Dr. med. Tim Drogies für seine Unterstützung bei der Planung unserer Untersuchungen und der Auswertung unserer erhobenen Daten. Mein herzlichster Dank gilt allen Kollegen und Kolleginnen am Institut für Laboratoriumsmedizin des Uniklinikums Leipzig, die mich mit Rat und Tat durch den Laboralltag begleitet haben. Insbesondere Frau S. Perlofski danke ich für die ausgezeichnete und akribische Hilfe bei der Durchführung der Hevylite[®]-Analysen. Vielen Dank auch für die zahlreichen konstruktiven Gespräche zur Vorbereitung der untersuchenden Patientenproben. Ich danke allen Mitarbeitern der „Binding Site Group“ für die Bereitstellung des Hevylite[®]-Tests für unsere Studien und insbesondere danke ich Frau Alexandra Wulf und Herrn Dr. med. Steffen Link für ihre wissenschaftliche Unterstützung. Ein besonderer Dank gilt meinen Eltern, meiner Schwester und Beatrice Tunger, die mich auf meinem gesamten Weg durch das Studium begleitet haben. Zu guter Letzt möchte ich mich ganz herzlich bei Ingo Thomas Wolf für seine Unterstützung und seine Geduld bei der Vollendung meiner Promotionsarbeit bedanken.